



**SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK
ÉLETTANI INTÉZET**

Igazgató: Dr. Sárly Gyula tanszékvezető egyetemi tanár

6720 Szeged, Dóm tér 10.
Telefon: 62/545-101, Fax: 62/545-842
office.phys@med.u-szeged.hu

Műszaki specifikáció

Többcsatornás pipetta – Costar 8 csatornás pipetta

Corning 4888 Costar 8-Pette Multichannel Pipettor, 20 to 200µL

- Adjustable eight-channel micropipette
- Micrometer-style volume adjustment spindle allows quick and easy setting in 0.5µL increments from 20 to 200µL
- Ergonomic pistol-grip design eliminates thumb fatigue during repetitive pipetting procedures
- Compact design for ease of use under laboratory hoods
- Separate tip ejector trigger prevents accidental tip ejection
- Each unit is inspected and calibrated for accuracy and precision to within $\pm 2\%$
- Fully autoclavable
- Accuracy and precision test results included with every unit