

Specifikáció (melléklet Shimadzu autosampler beszerzéséhez)

1. Megnevezés	Automata mintaadagoló HPLC készülékhez	1 db
2. Alkalmazási terület:	Normál és nagy sebességű folyadékkromatográfiás célokra.	
3. Általános műszaki leírás		
3.1.	Automata mintaadagoló Shimadzu HPLC készülékhez	
4. Részletes műszaki leírás		
4.1.	HPLC pumpa:	
4.1.1.	SIL-20A CHT 230V CE IVD Marked with direct injection mechanism and sample cooler (4 - 40 °C), Analytical and semi-micro, high performance autoinjector (1 sample rack for 1.5 ml vials and rack for 10 standard is included) high pressure valve installed	
5. Dokumentációk, nyilatkozatok		
5.1.	ISO9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező magyarországi szerviz	
6. Jótállás		
6.1.	Min. 12 hónap	

Szeged, 2016. január 27.

Dr. Csúpor Dezső

