

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vákuum szivattyúk, a hozzá tartozó elővákuum szivattyúk és elektronika beszerzése.
Mennyisége: 3 db turbó vákuum szivattyú, minimum 350 l/s szívósebességgel, 1 db turbó vákuum szivattyú, minimum 250 l/s szívósebességgel, 2 db olajmentes elővákuum szivattyú ami 0.2 mbarnal kisebb nyomást biztosít ezen eszközökhöz szükséges tápegységek és elektronika, 4 db vákuum mérőfej, 1 db digitális nyomás kijelző minimum 5 csatornával + a szükséges kábelek és tápegység
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: K.É.-9930/2012. (2012.07.02.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:--
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:--
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
MAGNIFICAT VACUUM Kft. 1041 Budapest, Deák F. u. 8.
Ajánlati ár: 9.874.400,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12.540.488,-Ft
Jótállási idő: 15+9 hónap
Szívássebesség DN100-as csatlakozóval a min. 350 l/s turbó pumpa esetén (vonatkoztatva N2 gázokra): 355 liter/s
Szívássebesség DN100-as csatlakozóval a min. 250 l/s turbó pumpa esetén (vonatkoztatva N2 gázokra): 260 liter/s
Kompressziós viszony a min. 350 l/s turbó pumpa esetén (N2, Ar gázokra vonatkoztatva): $>10^{11}$
Kompressziós viszony a min. 250 l/s turbó pumpa esetén (N2, Ar gázokra vonatkoztatva): $>10^{11}$
Végvákuum a min. 350 l/s turbó pumpa esetén: $<5 \times 10^{-10}$ mbar
Végvákuum a min. 250 l/s turbó pumpa esetén: $<5 \times 10^{-10}$ mbar
Maximális elővákuum igény a min. 350 l/s turbó pumpa esetén: 11 mbar
Maximális elővákuum igény a min. 250 l/s turbó pumpa esetén: 20 mbar
Szerelési pozíció a min. 350 l/s turbó pumpa esetén: 0-360°
Szerelési pozíció a min. 250 l/s turbó pumpa esetén: 0-360°
RK Tech Kft. 1163 Budapest, Köszál u. 6.
Ajánlati ár: 12.345.000,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 15.678.150,-Ft
Jótállási idő: 15+21 hónap
Szívássebesség DN100-as csatlakozóval a min. 350 l/s turbó pumpa esetén (vonatkoztatva N2 gázokra): 350 liter/s
Szívássebesség DN100-as csatlakozóval a min. 250 l/s turbó pumpa esetén (vonatkoztatva N2 gázokra): 300 liter/s
Kompressziós viszony a min. 350 l/s turbó pumpa esetén (N2, Ar gázokra vonatkoztatva): $>1 \times 10^{11}$
Kompressziós viszony a min. 250 l/s turbó pumpa esetén (N2, Ar gázokra vonatkoztatva): $>1 \times 10^{11}$
Végvákuum a min. 350 l/s turbó pumpa esetén: 1×10^{-10} mbar
Végvákuum a min. 250 l/s turbó pumpa esetén: 5×10^{-10} mbar
Maximális elővákuum igény a min. 350 l/s turbó pumpa esetén: 10 mbar
Maximális elővákuum igény a min. 250 l/s turbó pumpa esetén: 9,5 mbar
Szerelési pozíció a min. 350 l/s turbó pumpa esetén: 90 fok
Szerelési pozíció a min. 250 l/s turbó pumpa esetén: 90 fok
Az ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtották be ajánlatukat. Az ajánlattevők megfeleltek az árbevétellel kapcsolatos elvárásnak, igazolták a megkövetelt szakember rendelkezésre állását.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): az ajánlatok értékelését a mellékelt táblázat tartalmazza.
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhöz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával. Azon paraméterek esetében, ahol relációs jellel adták meg az ajánlattevők a bírálati részszerzőpontok adatait, jellemzőnek mondható, hogy nem konkrét értékek kerülnek rögzítésre a termékleírásokban, nem minden gyártó ad meg pontos adatot. Ezek összehasonlítását olyan módon megfelelőnek ítélték az értékelést végzők, hogy azt a legrosszabb értéket vették figyelembe, amelyet a relációs jel alapján biztosan teljesít a megajánlott eszköz (pl. $<5 \times 10^{-10}$ mbar esetén $4,99 \times 10^{-10}$ mbar értéket, tekintettel arra is, hogy a bírálati rendszer körében rögzítésre került a két tizedesjegyre történő kerekítés). A nagy arányú árkülönbségre és egyéb szakmai bírálati részszerzőpontokra tekintettel a fentiekkel érintett részszerzőpontok esetében kiosztott pontszámok (illetve kerekítések) nem befolyásolták az eljárás eredményét.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

GOODWILL-TRADE KFT. 4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 14.

Indoklás:

Az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban is rögzítette az ajánlatvételi határidőt, valamint az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helyét, az alábbiak szerint:

Ajánlatvételi (benyújtási) határidő: 2012. július 18. 10 óra

Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye: SZTE Közbeszerzési Csoport 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. 15. sz. tárgyaló

Az ajánlattevő ajánlata a megadott címre az ajánlatvételi határidő lejártá után, 2012. július 18. 11 óra 50 perckor érkezett meg, ezért az a Kbt. 74. § (1) a) pontja alapján érvénytelen.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

MAGNIFICAT VACUUM Kft. 1041 Budapest, Deák F. u. 8.

Ellenszolgáltatás összege: 9.874.400,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12.540.488,-Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlat

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. július 27.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. augusztus 5.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. július 25.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. július 26.

18.* Az összegezés módosításának indoka:--

19.* Az összegezés módosításának időpontja:--

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:--

21.* Az összegezés javításának indoka:--

22.* Az összegezés javításának időpontja:--

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:--

24.* Egyéb információk: A MAGNIFICAT VACUUM Kft. ajánlattevő ajánlata felolvasólapján rögzítette a nettó ajánlati árát, annak ÁFA-tartalmát (27%), továbbá a bruttó ajánlati árat. Az ajánlatkérő ellenőrizte bruttó ajánlati ár kiszámításának helyességét és megállapította, hogy az ajánlattevő számítási hibát vétett. Az ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ának megfelelően elvégezte a számítási hiba javítását, amely során a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számította ki az összesített ellenértéket, azaz a nettó ellenérték és az ÁFA érték összegeként határozta meg a bruttó ellenértéket. Az összegezésben már a javított bruttó ellenérték került feltüntetésre.



		Ajánlattevők					
		Magnificat Vacuum Kft.			RK Tech Kft.		
		megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
Bírálati részpontok	súlyszám						
1. Ajánlati ár (nettó forint)	30	9.874.400	10	300	12.345.000	8	240
2. Jótállási idő	20	24 hónap	6,67	133,4	36 hónap	10	200
3. Szívásebbesség DN100-as csatlakozóval a min. 350 l/s turbó pumpa esetén (vonatkoztatva N2 gázokra)	2,5	355 liter / s	10	25	350 liter / s	9,86	24,65
4. Szívásebbesség DN100-as csatlakozóval a min. 250 l/s turbó pumpa esetén (vonatkoztatva N2 gázokra)	2,5	260 liter / s	8,67	21,675	300 liter / s	10	25
5. Kompressziós viszony a min. 350 l/s turbó pumpa esetén (N2, Ar gázokra vonatkoztatva)	8	>10 ¹¹	10	80	>1 x 10 ¹¹	10	80
6. Kompressziós viszony a min. 250 l/s turbó pumpa esetén (N2, Ar gázokra vonatkoztatva)	8	>10 ¹¹	10	80	>1 x 10 ¹¹	10	80
7. Végvákuum a min. 350 l/s turbó pumpa esetén	2	<5x10 ⁻¹⁰ mbar	2	4	1x10 ⁻¹⁰ mbar	10	20
8. Végvákuum a min. 250 l/s turbó pumpa esetén	2	<5x10 ⁻¹⁰ mbar	10	20	5x10 ⁻¹⁰ mbar	9,99	19,98
9. Maximális elővákuum igény a min. 350 l/s turbó pumpa esetén	7,5	11 mbar	10	75	10 mbar	9,09	68,175
10. Maximális elővákuum igény a min. 250 l/s turbó pumpa esetén	7,5	20 mbar	10	75	9,5 mbar	4,75	35,625
11. Szerelési pozíció a min. 350 l/s turbó pumpa esetén	5	0-360°	10	50	90°	2,5	12,5
12. Szerelési pozíció a min. 250 l/s turbó pumpa esetén	5	0-360°	10	50	90°	2,5	12,5

Összesített pontszám

914,075

818,43