

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szállítási szerződés sebészeti varróanyagok beszerzésére.
Mennyiség: sebészeti varróanyagok 166 részajánlati körben, összesen 113.839 levél / év -50%
3. A választott eljárás fajtája: közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: TED: 2012/S 212-349853 (2012.11.03.); Közbeszerzési Értesítő: 16231/2012. (2012.11.06.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen, kivéve a 31., 40. és 162. részajánlati körök
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
31. és 40. részajánlati kör: a Kbt. 76. § (1) d) pontja alapján *(az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja)*. A közbeszerzési eljárás megindítását követően, a Klinika rendelkezésére álló anyagi források szűkössége miatt az érintett egység kénytelen volt egyes szakmai anyagok csökkentése és műtétechnikai változtatások mellett dönteni, amely a hivatkozott részajánlati köröket is érinti, és amelyek tekintetében az ajánlatkérő így kénytelen volt lemondani a beszerzési igényéről.
162. részajánlati kör: a Kbt. 76. § (1) b) pontja alapján *(kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be)*.
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 7 ajánlat, 621 részajánlat (az egyes részajánlati körökre benyújtott részajánlatok számát a mellékelt táblázat tartalmazza)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
B.Braun Medical Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca. 5.
Chirmax Hungary Kft. 1097 Budapest, Gyáli út 3/B.
EUROMEDIC TRADING Kft. 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
GOLD MEDICAL Kft. 2370 Dabas, Dinnyés Lajos u. 12.
Johnson & Johnson Kft. 2045 Törökbálint, Tó Park
MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 60.
VARIOMEDIC Kft. 2030 Érd, Lőcsei út 14-16.

Ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az ajánlati felhívásnak, a Dokumentációnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtották be ajánlatukat. Az ajánlattevők megfeleltek az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, igazolták az előírt referenciakövetelményeknek való megfelelést illetve csatolták a megajánlott áruk részletes, magyar nyelvű termékleírását és a termékmintákat.

Az ajánlatok bírálati részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeit a mellékelt táblázat tartalmazza részajánlati körönként.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): **Az ajánlatok értékelését a mellékelt táblázat tartalmazza részajánlati körönként.**

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlati ár és a fizetési határidő bírálati részszerzőpontok esetében: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhöz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával. A további, orvos-szakmai bírálati részszerzőpontok esetében sorba rendezést alkalmaz az ajánlatkérő. Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat, amelyik az adott bírálati részszerzőpont tekintetében, az adott műtéti területre tekintettel a legkedvezőbb tulajdonságokkal bír, 10 pontot kap, míg a sorban következők 2-2 ponttal kevesebbet. A sorban 6. helyen szereplő ajánlat és az azt követő ajánlatok egyaránt 1-1 pontot kapnak. Az ajánlatkérő jogosult a számára azonos funkcionális megfelelést – a vizsgálat során azonos tulajdonságúnak ítélt termékeket – azonos pontszámmal értékelni.

Az orvos-szakmai bírálati részszerzőpontok esetében a bíráló bizottság szakmai zsűri bírálata alapján dönt. A szakmai zsűrit a sebészeti varróanyagokat használó egyes klinikákon felkért orvosok alkotják, akik a benyújtott termékmintákat

összehasonlítva végzik el az értékelést. Tekintettel arra, hogy az egyes részajánlati körök eltérő műtéti területeket érintenek, a szakmai zsűri klinikaként értékeli, a fentiekben meghatározott bírálati részszempontok alapján, az adott terület sajátosságainak megfelelően.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

B.Braun Medical Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca. 5. – az 1., 7., 10., 12., 16., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 59., 71., 76., 80., 84., 90., 91., 99., 117., 132., 133., 134., 139., 142., 143., 148., 150., 151., 152., 157., 159. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Műszaki eltérések miatti érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a műszaki specifikációban megadott paraméterekkel kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).

A megajánlott termékek műszaki adatait tartalmazó táblázatok és a termékminták vizsgálatát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott termékek az alábbi részajánlati körök tekintetében nem felelnek meg a hivatkozott előírásnak:

7. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.

10. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.

12. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (12.4. sor).

16. részajánlati kör: az öltésszámok eltérnek a kiírásban rögzítettektől (16.5., 16.8., 16.15. sorok).

59. részajánlati kör: az öltésszámok eltérnek a kiírásban rögzítettektől (59.5., 59.7. sorok).

76. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket, továbbá a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől.

80. részajánlati kör: az öltésszám, továbbá a pledget méret eltér a kiírásban rögzítettől.

132. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (132.6. sor), továbbá a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől (132.5. sor).

139. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (139.4., 139.5. sorok)

142. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (142.1., 142.2. sorok)

148. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől (148.1., 148.3.-148.5. sorok).

151. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől.

152. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől.

159. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (159.4. sor).

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Termékminta hiánya:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció 3.2. M/2. pontjában, a műszaki és szakmai alkalmasság körében rögzítette az alábbiakat:

Csatolja a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, továbbá részajánlati körönként és azon belül alapanyagfajtánként mellékeljen 1 db (levél) mintapéldányt, az adott részajánlati körben szereplő legkisebb fonalvastagságú varróanyagból! Azon részajánlati körök esetében, ahol a tű minősége, mint bírálati részszempont értékelésre kerül, a legkisebb fonalvastagságú tűvel ellátott varróanyagból kell a termékmintát benyújtani.

Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyben kérte az ajánlatából hiányzó termékminták pótlását. Az ajánlattevő az alábbi részajánlati körök tekintetében nem teljesítette a hiánypótlást a megadott határidőre:

7., 84., 90., 91., 99., 117., 133., 134.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért az ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen.

- Orvos-szakmai indokokra alapozott érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a varrófonalak megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varrófonalak megfelelőségét az adott klinika, műtéti terület sajátosságai alapján is vizsgálják a felhasználók. Ennek során az ajánlatkérő az alábbi szempontokat is figyelembe veszi.

A tű és a fonal átmérője között van-e eltérés, mivel amennyiben a tű átmérője vastagabb, a szűracsatornát a fonal nem tölti ki, amely bizonyos területeken (pl. érsebészet, szájsebészet) jelentős szűracsatorna vérzést okozhat, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást igényel. Hasonló problémát jelenthet pl. az érsebészet területén a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. A csomótartás nem megfelelősege, amely eredményként az átlagosnál

sokkal több csomó kell a rögzítésre, szintén kifogásolható, mivel szövödményeket okozhat, fertőzés kialakulásához vezethet (pl. nyálkahártya irritáció, szöveti sérülés okozása, lepedék lerakódás révén), ezáltal hátráltathatja a seb gyógyulását. A sodrott varrónalalak sodrott szálainak szétválása, a fonal rugalmasságának hiánya (megtörése) szintén kifogásolható. Semmilyen területen nem elfogadható, ha a tű leválik (leesik) a fonalról, vagy ha a tű az öltés közben deformálódik. Bizonyos területeken (pl. plasztika) a fentiek esztétikai eredményekre történő hatásai is jelentőséggel bírhatnak, így a felhasználóknak erre is figyelemmel kell lenniük.

Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően vizsgálta, hogy a benyújtott termékminták az adott klinika, felhasználási terület műtéti sajátosságaira is figyelemmel megfelelnek-e az orvos-szakmai elvárásoknak, amely eredményeként az alábbi részajánlati körökben állapított meg szakmai kifogásokat, azaz az érintett műtéti terület orvos-szakmai szempontjaira alapozott érvénytelenséget.

1. részajánlati kör: A részajánlati körben ér- és idegvarrathoz használatos termékek szerepelnek. A megajánlott varróanyag esetében a tapasztaltak alapján a fonal nyúlik. Anasztomózis készítésénél elvághatja a szövetet, ami miatt insufficienciát okozhat, az így okozott anyagvesztés akár a varratkészítés lehetőségét is elvesztheti. Érvarrat esetén keringés zavart, idegvarrat esetén az elégtelen adaptáció miatt késői funkció zavart eredményezhet. Mindkét esetben az ilyen kaliberű képletek reanasztomózisa rendkívül nehéz és eredményének bizonytalansága miatt sikertelenséget kódolhat.

51-56. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó varróanyagok speciális érsebészeti varróanyagok, amelyeket a verőérbetegség miatt végzett rekonstruktív érműtétek során érvarrat, műér és artéria anastomosis varrat, foltplastica varratának készítéséhez használunk. Az érvarratok készítése során megállapítást nyert, hogy a megajánlott termék azok készítésére biztonsággal nem alkalmazható, elsősorban a tű foka és a beépített fonal méretbeli különbsége miatt, amely jelentős szűrcsatorna vérzést okoz, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást (vérzéscsillapító cellulóz, térhálós, fibrinszivacs, thrombinnal impregnált fibrinszivacs) igényel. További hátrány az érintett területen a rossz kezelhetőség, a fonal sprőd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. Mindezekre tekintettel a megajánlott fonal nem felel meg az érintett terület orvos-szakmai elvárásainak.

71. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó sebészeti varróanyagot az aorta billentyű bevarrására használjuk. A megajánlott termék nem felelt meg ehhez a varratsorhoz, mert felrostozódott, a tüje néhány öltés után meggyengült, elhajlott, illetve a fonal szakítószilárdságával is problémák voltak.

143. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájszövet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A hasadék sebészeti területen az ilyen mértékű eltérés sem sebgyógyulási, sem esztétikai szempontból nem megengedhető.

150. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a fonal csomótartása nem volt megfelelő, rövid időn belül kibomlott, amely elégtelen sebgyógyulást eredményez.

157. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájszövet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A kérdéses fonalat hasadék sebészeten alkalmazzuk, ahol a betegek kora miatt (csecsemő) különösen hangsúlyos, hogy a nem megfelelő varróanyag sebgyógyulási zavar kialakulásához vezethet, ezáltal az esztétikai eredményeket ronthatja, mely nagymértékben befolyásolhatja a csecsemők későbbi pszichés fejlődését.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

Chirmax Hungary Kft. 1097 Budapest, Gyáli út 3/B. – a 10., 51., 52., 53., 54., 71., 143., 144., 157. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Orvos-szakmai indokokra alapozott érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a varrónalalak megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varrónalalak megfelelőségét az adott klinika, műtéti terület sajátosságai alapján is vizsgálják a felhasználók. Ennek során az ajánlatkérő az alábbi szempontokat is figyelembe veszi.

A tű és a fonal átmérője között van-e eltérés, mivel amennyiben a tű átmérője vastagabb, a szűrcsatornát a fonal nem tölti ki, amely bizonyos területeken (pl. érsebészet, szájszövet) jelentős szűrcsatorna vérzést okozhat, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást igényel. Hasonló problémát jelenthet pl. az érsebészet területén a fonal sprőd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. A csomótartás nem megfelelősége, amely eredményeként az átlagosnál sokkal több csomó kell a rögzítésre, szintén kifogásolható, mivel szövödményeket okozhat, fertőzés kialakulásához vezethet (pl. nyálkahártya irritáció, szöveti sérülés okozása, lepedék lerakódás révén), ezáltal hátráltathatja a seb gyógyulását. A sodrott varrónalalak sodrott szálainak szétválása, a fonal rugalmasságának hiánya (megtörése) szintén

kifogásolható. Semmilyen területen nem elfogadható, ha a tű leválik (leesik) a fonalról, vagy ha tű az öltés közben deformálódik. Bizonyos területeken (pl. plasztika) a fentiek esztétikai eredményekre történő hatásai is jelentőséggel bírhatnak, így a felhasználóknak erre is figyelemmel kell lenniük.

Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően vizsgálta, hogy a benyújtott termékminták az adott klinika, felhasználási terület műtéti sajátosságaira is figyelemmel megfelelnek-e az orvos-szakmai elvárásoknak, amely eredményeként az alábbi részajánlati körökben állapított meg szakmai kifogásokat, azaz az érintett műtéti terület orvos-szakmai szempontjaira alapozott érvénytelenséget.

10. részajánlati kör: Az anyag használatakor nem veszi fel az agyfelszín alakját, alkalmazása nehézkes, mert könnyen felpöndörödik, ezt követően elázik és szétesik. Mindezek alapján központi idegrendszeri vérzéscsillapításra alkalmatlan, és a műtét utáni rávérzés kockázatát aránytalanul megemeli, a szövödmények minimalizálásának érdekében nem tartjuk elfogadhatónak.

51-54. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó varróanyagok speciális érsebészeti varróanyagok, amelyeket a verőérbetegség miatt végzett rekonstruktív érműtétek során érvarrat, műér és artéria anastomosis varrat, foltplastica varratának készítéséhez használunk. Az érvarratok készítése során megállapítást nyert, hogy a megajánlott termék azok készítésére biztonsággal nem alkalmazható, elsősorban a tű foka és a beépített fonal méretbeli különbsége miatt, amely jelentős szűrsatorna vérzést okoz, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást (vérzéscsillapító cellulóz, térhálós, fibrinszivacs, thrombinnal impregnált fibrinszivacs) igényel. További hátrány az érintett területen a rossz kezelhetőség, a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. Mindezekre tekintettel a megajánlott fonal nem felel meg az érintett terület orvos-szakmai elvárásainak.

71. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó sebészeti varróanyagot az aorta billentyű bevarrására használjuk. A megajánlott termék nem felelt meg ehhez a varratsorhoz, mert felrostozódott, a tűje néhány öltés után meggyengült, elhajlott, illetve a fonal szakítószilárdságával is problémák voltak.

143. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájszövet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A hasadék sebészeti területen az ilyen mértékű eltérés sem sebgyógyulási, sem esztétikai szempontból nem megengedhető. Ezentúl a fonal a rugalmasságát elvesztette az első öltést követően, amely szintén felhasználási problémákat okoz.

144. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájszövet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A hasadék sebészeti területen az ilyen mértékű eltérés sem sebgyógyulási, sem esztétikai szempontból nem megengedhető.

157. részajánlati kör: A tű alaktartása nem megfelelő, a tű az első öltéseknél elgörbült. A fonal enyhe húzásra felesavarodik, könnyen szakítható. Mindezekre tekintettel nem tartjuk elfogadhatónak.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

EUROMEDIC TRADING Kft. 1051 Budapest, Dorottya u. 1. – az 1., 10., 12., 26., 40., 51., 52., 53., 54., 55., 71., 150., 151., 152., 155., 156., 157. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Műszaki eltérések miatti érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a műszaki specifikációban megadott paraméterekkel kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).

A megajánlott termékek műszaki adatait tartalmazó táblázatok és a termékminták vizsgálatát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott termékek az alábbi részajánlati körök tekintetében nem felelnek meg a hivatkozott előírásnak:

12. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől (12.2., 12.3. sorok).

151. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől.

152. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Termékminta hiánya:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció 3.2. M/2. pontjában, a műszaki és szakmai alkalmasság körében rögzítette az alábbiakat:

Csatolja a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, továbbá részajánlati körönként és azon belül alapanyagfajtánként mellékeljen 1 db (levél) mintapéldányt, az adott részajánlati körben szereplő legkisebb

fonalvastagságú varróanyagból! Azon részajánlati körök esetében, ahol a tű minősége, mint bírálati részszempont értékelésre kerül, a legkisebb fonalvastagságú tűvel ellátott varróanyagból kell a termékmintát benyújtani.

Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyben kérte az ajánlatából hiányzó termékminták pótlását. Az ajánlattevő az alábbi részajánlati körök tekintetében nem teljesítette a hiánypótlást a megadott határidőre:

26., 40.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért az ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen.

- Orvos-szakmai indokokra alapozott érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a varrófonalak megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varrófonalak megfelelőségét az adott klinika, műtéti terület sajátosságai alapján is vizsgálják a felhasználók. Ennek során az ajánlatkérő az alábbi szempontokat is figyelembe veszi.

A tű és a fonal átmérője között van-e eltérés, mivel amennyiben a tű átmérője vastagabb, a szűrőcsatornát a fonal nem tölti ki, amely bizonyos területeken (pl. érsebészet, szájsebészet) jelentős szűrőcsatorna vérzést okozhat, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást igényel. Hasonló problémát jelenthet pl. az érsebészet területén a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. A csomótartás nem megfelelősége, amely eredményeként az átlagosnál sokkal több csomó kell a rögzítésre, szintén kifogásolható, mivel szövődeményeket okozhat, fertőzés kialakulásához vezethet (pl. nyálkahártya irritáció, szöveti sérülés okozása, lepedék lerakódás révén), ezáltal hátráltathatja a seb gyógyulását. A sodrott varrófonalak sodrott szálainak szétválása, a fonal rugalmasságának hiánya (megtörése) szintén kifogásolható. Semmilyen területen nem elfogadható, ha a tű leválik (leesik) a fonalról, vagy ha tű az öltés közben deformálódik. Bizonyos területeken (pl. plasztika) a fentiek esztétikai eredményekre történő kihatásai is jelentőséggel bírhatnak, így a felhasználóknak erre is figyelemmel kell lenniük.

Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően vizsgálta, hogy a benyújtott termékminták az adott klinika, felhasználási terület műtéti sajátosságaira is figyelemmel megfelelnek-e az orvos-szakmai elvárásoknak, amely eredményeként az alábbi részajánlati körökben állapított meg szakmai kifogásokat, azaz az érintett műtéti terület orvos-szakmai szempontjaira alapozott érvénytelenséget.

1. részajánlati kör: A részajánlati körben ér- és idegvarrathoz használatos termékek szerepelnek. A megajánlott varróanyag esetében a tapasztaltak alapján a fonal nyúlik. Anasztomózis készítésénél elvághatja a szövetet, ami miatt insufficienciát okozhat, az így okozott anyagvesztés akár a varratkészítés lehetőségét is elveszítheti. Érvarrat esetén keringés zavart, idegvarrat esetén az elégtelen adaptáció miatt késői funkció zavart eredményezhet. Mindkét esetben az ilyen kaliberű képletek reanasztomózinga rendkívül nehéz és eredményének bizonytalansága miatt sikertelenséget kódolhat.

10. részajánlati kör: Az anyag használatakor nem veszi fel az agyfelszín alakját, alkalmazása nehézkes, mert könnyen felpöndörödik, ezt követően elázik és szétesik. Mindezek alapján központi idegrendszeri vérzéscsillapításra alkalmatlan, és a műtét utáni rávérzés kockázatát aránytalanul megemeli, a szövődemények minimalizálásának érdekében nem tartjuk elfogadhatónak.

51-55. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó varróanyagok speciális érsebészeti varróanyagok, amelyeket a verőérbetegség miatt végzett rekonstruktív érműtétek során érvarrat, műér és artéria anastomosis varrat, foltplastica varratának készítéséhez használunk. Az érvarratok készítése során megállapítást nyert, hogy a megajánlott termék azok készítésére biztonsággal nem alkalmazható, elsősorban a tű foka és a beépített fonal méretbeli különbsége miatt, amely jelentős szűrőcsatorna vérzést okoz, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást (vérzéscsillapító cellulóz, térháló, fibrinszivacs, thrombinnal impregnált fibrinszivacs) igényel. További hátrány az érintett területen a rossz kezelhetőség, a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. Mindezekre tekintettel a megajánlott fonal nem felel meg az érintett terület orvos-szakmai elvárásainak.

71. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó sebészeti varróanyagot az aorta billentyű bevarrására használjuk. A megajánlott termék nem felelt meg ehhez a varratsorhoz, mert felrostozódott, a tűje néhány öltés után meggyengült, elhajlott, illetve a fonal szakítószilárdságával is problémák voltak.

150. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájsebészet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A hasadék sebészeti területen az ilyen mértékű eltérés sem sebgyógyulási, sem esztétikai szempontból nem megengedhető.

155. részajánlati kör: A tű alaktartása nem megfelelő, továbbá a tű az első néhány öltés után leszakadt a fonalról. A fonal enyhe húzásra felcsavarodik, könnyen szakítható, valamint a csomótartása és csomózhatósága sem megfelelő a mikrosebészetben.

156. részajánlati kör: A tű alaktartása nem megfelelő, továbbá a tű az első néhány öltés után leszakadt a fonalról. A fonal enyhe húzásra felcsavarodik, könnyen szakítható, valamint a csomótartása és csomózhatósága sem megfelelő a mikrosebészetben.

157. részajánlati kör: A tű alaktartása és mérete nem megfelelő, a tű az első öltéseknél elgörbült. A fonal enyhe húzásra felcsavarodik, könnyen szakítható.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

GOLD MEDICAL Kft. 2370 Dabas, Dinnyés Lajos u. 12. – a 11., 51., 104., 143. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Műszaki eltérések miatti érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a műszaki specifikációban megadott paraméterekkel kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).

A megajánlott termékek műszaki adatait tartalmazó táblázatok és a termékminták vizsgálatát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott termékek az alábbi részajánlati körök tekintetében nem felelnek meg a hivatkozott előírásnak:

104. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől (104.2. sor)

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Orvos-szakmai indokokra alapozott érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a varrófonalak megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varrófonalak megfelelőségét az adott klinika, műtéti terület sajátosságai alapján is vizsgálják a felhasználók. Ennek során az ajánlatkérő az alábbi szempontokat is figyelembe veszi.

A tű és a fonal átmérője között van-e eltérés, mivel amennyiben a tű átmérője vastagabb, a szűracsatornát a fonal nem tölti ki, amely bizonyos területeken (pl. érsebészet, szájsebészet) jelentős szűracsatorna vérzést okozhat, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást igényel. Hasonló problémát jelenthet pl. az érsebészet területén a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. A csomótartás nem megfelelősége, amely eredményeként az átlagosnál sokkal több csomó kell a rögzítésre, szintén kifogásolható, mivel szövődményeket okozhat, fertőzés kialakulásához vezethet (pl. nyálkahártya irritáció, szöveti sérülés okozása, lepedék lerakódás révén), ezáltal hátráltathatja a seb gyógyulását. A sodrott varrófonalak sodrott szálainak szétválása, a fonal rugalmasságának hiánya (megtörése) szintén kifogásolható. Semmilyen területen nem elfogadható, ha a tű leválik (leesik) a fonalról, vagy ha tű az öltés közben deformálódik. Bizonyos területeken (pl. plasztika) a fentiek esztétikai eredményekre történő kihatásai is jelentőséggel bírhatnak, így a felhasználóknak erre is figyelemmel kell lenniük.

Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően vizsgálta, hogy a benyújtott termékminták az adott klinika, felhasználási terület műtéti sajátosságaira is figyelemmel megfelelnek-e az orvos-szakmai elvárásoknak, amely eredményeként az alábbi részajánlati körökben állapított meg szakmai kifogásokat, azaz az érintett műtéti terület orvos-szakmai szempontjaira alapozott érvénytelenséget.

11. részajánlati kör: A műtéti körülmények közötti tesztelés során megállapítottuk, hogy a fonal csomótartása és kezelhetősége nem megfelelő, a fonal sodrott szárai csomózás során erősen rostozódnak, ezáltal hátráltatják a sebgyógyulást.

51. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó varróanyagok speciális érsebészeti varróanyagok, amelyeket a verőérbetegség miatt végzett rekonstruktív érműtétek során érvarrat, műér és artéria anastomosis varrat, foltplastica varratának készítéséhez használunk. Az érvarratok készítése során megállapítást nyert, hogy a megajánlott termék azok készítésére biztonsággal nem alkalmazható, elsősorban a tű foka és a beépített fonal méretbeli különbsége miatt, amely jelentős szűracsatorna vérzést okoz, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást (vérzéscsillapító cellulóz, térhálós, fibrinszivacs, thrombinnal impregnált fibrinszivacs) igényel. További hátrány az érintett területen a rossz kezelhetőség, a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. Mindezekre tekintettel a megajánlott fonal nem felel meg az érintett terület orvos-szakmai elvárásainak.

143. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájsebészet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A hasadék sebészeti területen az ilyen mértékű eltérés sem sebgyógyulási, sem esztétikai szempontból nem megengedhető. A fonal továbbá szakadékonny és nyúlik, valamint sodrozódik.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

Johnson & Johnson Kft. 2045 Törökbálint, Tó Park – a 11., 14., 19., 50., 60., 62., 64., 65., 66., 69., 72., 74., 77., 78., 80., 85., 87., 90., 95., 96., 97., 99., 104., 107-115., 128., 142., 158. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Műszaki eltérések miatti érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a műszaki specifikációban megadott paraméterekkel kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).

A megajánlott termékek műszaki adatait tartalmazó táblázatok és a termékminták vizsgálatát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott termékek az alábbi részajánlati körök tekintetében nem felelnek meg a hivatkozott előírásnak:

11. részajánlati kör: az öltésszámok eltérnek a kiírásban rögzítettektől (11.1., 11.2., 11.4., 11.7., 11.9., 11.11. sorok)

19. részajánlati kör: az alapanyag eltér a kiírásban rögzítettől (a hiánypótlás keretében beadott termékminta vizsgálata alapján), annak sebösszetartási ideje nem megfelelő.

60. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (60.7. sor).

69. részajánlati kör: az alapanyag eltér a kiírásban rögzítettől (a beadott termékminta vizsgálata alapján).

142. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (142.1., 142.2. sorok).

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Termékminta hiánya:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció 3.2. M/2. pontjában, a műszaki és szakmai alkalmasság körében rögzítette az alábbiakat:

Csatolja a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, továbbá részajánlati körönként és azon belül alapanyagfajtánként mellékeljen 1 db (levél) mintapéldányt, az adott részajánlati körben szereplő legkisebb fonalvastagságú varróanyagból! Azon részajánlati körök esetében, ahol a tű minősége, mint bírálati részszempont értékelésre kerül, a legkisebb fonalvastagságú tűvel ellátott varróanyagból kell a termékmintát benyújtani.

Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyben kérte az ajánlatából hiányzó termékminták pótlását. Az ajánlattevő az alábbi részajánlati körök tekintetében nem teljesítette a hiánypótlást a megadott határidőre:

14., 50., 60., 62., 64., 65., 66., 72., 74., 77., 78., 80., 85., 87., 90., 95., 96., 97., 99., 104., 107-115., 128., 142., 158.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért az ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen.

MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 60. – az 1., 4., 5., 11., 12., 15., 16., 39., 51., 52., 53., 57., 58., 59., 60., 71., 91., 95., 96., 98., 103., 104., 105., 116., 117., 127., 133., 134., 142., 143., 145., 146., 147., 154., 155., 156., 157., 159., 162., 163. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Műszaki eltérések miatti érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a műszaki specifikációban megadott paraméterekkel kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).

A megajánlott termékek műszaki adatait tartalmazó táblázatok és a termékminták vizsgálatát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott termékek az alábbi részajánlati körök tekintetében nem felelnek meg a hivatkozott előírásnak:

1. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (1.7., 1.8. sorok).

4. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (4.1.-4.5. sorok), továbbá a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (4.1., 4.2., 4.4., 4.5. sorok)

5. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (5.1., 5.4. sorok)

11. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket, továbbá az öltésszámok eltérnek a kiírásban rögzítettektől (11.3., 11.4., 11.6.-11.12. sorok).

12. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (12.4. sor).

15. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (15.2. sor).

16. részajánlati kör: az öltésszámok eltérnek a kiírásban rögzítettektől (16.3., 16.5., 16.8., 16.10., 16.13., 16.15., 16.18. sorok).
39. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket, továbbá a tűgörbület eltér a kiírásban rögzítettől.
57. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (57.5. sor).
58. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (a beadott termékminta vizsgálata alapján).
59. részajánlati kör: az öltésszámok eltérnek a kiírásban rögzítettektől (59.5., 59.7. sorok).
60. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket, továbbá a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (60.6., 60.7. sorok).
91. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (91.4. sor).
95. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
96. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
103. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (103.3., 103.6., 103.8. sorok).
105. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (105.1. sor), továbbá a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (105.1., 105.2. sorok).
116. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
117. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
127. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
133. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (133.2. sor).
134. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (134.1., 134.3. sorok).
142. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (142.1., 142.2. sorok).
145. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (145.1.-145.3. sorok).
146. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (146.1., 146.2. sorok).
147. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
155. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket, továbbá a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
156. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
157. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.
159. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (159.4., 159.5. sorok).
162. részajánlati kör: az alapanyag nem felel meg a kiírásban rögzítettnek (nem sodrott, hanem monofil).
163. részajánlati kör: a tűméret tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (163.2. sor).

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Termékminta hiánya:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció 3.2. M/2. pontjában, a műszaki és szakmai alkalmasság körében rögzítette az alábbiakat:

Csatolja a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, továbbá részajánlati körönként és azon belül alapanyagfajtánként mellékeljen 1 db (levél) mintapéldányt, az adott részajánlati körben szereplő legkisebb fonalvastagságú varróanyagból! Azon részajánlati körök esetében, ahol a tű minősége, mint bírálati részszempont értékelésre kerül, a legkisebb fonalvastagságú tűvel ellátott varróanyagból kell a termékmintát benyújtani.

Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyben kérte az ajánlatából hiányzó termékminták pótlását. Az ajánlattevő az alábbi részajánlati körök tekintetében nem teljesítette a hiánypótlást a megadott határidőre:

98., 104., 154.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért az ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen.

- Orvos-szakmai indokokra alapozott érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a varrófonalak megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varrófonalak megfelelőségét az adott klinika, műtői terület sajátosságai alapján is vizsgálják a felhasználók. Ennek során az ajánlatkérő az alábbi szempontokat is figyelembe veszi.

A tű és a fonal átmérője között van-e eltérés, mivel amennyiben a tű átmérője vastagabb, a szűracsatornát a fonal nem tölti ki, amely bizonyos területeken (pl. érsebészet, szájsebészet) jelentős szűracsatorna vérzést okozhat, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást igényel. Hasonló problémát jelenthet pl. az érsebészet területén a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtői időtartamot, valamint költségeket. A csomótartás nem megfelelősége, amely eredményeként az átlagosnál

sokkal több csomó kell a rögzítésre, szintén kifogásolható, mivel szövődményeket okozhat, fertőzés kialakulásához vezethet (pl. nyálkahártya irritáció, szöveti sérülés okozása, lepedék lerakódás révén), ezáltal hátráltathatja a seb gyógyulását. A sodrott varrófonalak sodrott szálainak szétválása, a fonal rugalmasságának hiánya (megtörése) szintén kifogásolható. Semmilyen területen nem elfogadható, ha a tű leválik (leesik) a fonalról, vagy ha tű az öltés közben deformálódik. Bizonyos területeken (pl. plasztika) a fentiek esztétikai eredményekre történő kihatásai is jelentőséggel bírhatnak, így a felhasználóknak erre is figyelemmel kell lenniük.

Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően vizsgálta, hogy a benyújtott termékminták az adott klinika, felhasználási terület műtéti sajátosságaira is figyelemmel megfelelnek-e az orvos-szakmai elvárásoknak, amely eredményeként az alábbi részajánlati körökben állapított meg szakmai kifogásokat, azaz az érintett műtéti terület orvos-szakmai szempontjaira alapozott érvénytelenséget.

51-53. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó varróanyagok speciális érsebészeti varróanyagok, amelyeket a verőérbetegség miatt végzett rekonstrukatív érműtétek során érvarrat, műér és artéria anastomosis varrat, foltplastica varratának készítéséhez használunk. Az érvarratok készítése során megállapítást nyert, hogy a megajánlott termék azok készítésére biztonsággal nem alkalmazható, elsősorban a tű foka és a beépített fonal méretbeli különbsége miatt, amely jelentős szűrcsatorna vérzést okoz, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást (vérzéscsillapító cellulóz, térhálós, fibrinszivacs, thrombinnal impregnált fibrinszivacs) igényel. További hátrány az érintett területen a rossz kezelhetőség, a fonal spröd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. Mindezekre tekintettel a megajánlott fonal nem felel meg az érintett terület orvos-szakmai elvárásainak.

71. részajánlati kör: Az ezen részajánlati körökbe tartozó sebészeti varróanyagot az aorta billentyű bevarrására használjuk. A megajánlott termék nem felelt meg ehhez a varratsorhoz, mert felrostozódott, a tűje néhány öltés után meggyengült, elhajlott, illetve a fonal szakítószilárdságával is problémák voltak.

143. részajánlati kör: A megvizsgált termék esetében a tű és a fonal közötti átmérő különbség nem felel meg az atraumatikus elveknek, amely az érintett felhasználási területen (arc-, állcsont-, szájsebészet) kiemelt jelentőséggel bír, így nem tartjuk elfogadhatónak. A hasadék sebészeti területen az ilyen mértékű eltérés sem sebgyógyulási, sem esztétikai szempontból nem megengedhető. A fonal továbbá túlzottan merev.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

VARIOMEDIC Kft. 2030 Érd, Lőcsei út 14-16. – a 4., 13., 57., 59., 61., 64., 71., 74., 77., 79., 84., 143., 145., 155., 157., 163. részajánlati körök tekintetében.

Indoklás:

- Műszaki eltérések miatti érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a műszaki specifikációban megadott paraméterekkel kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).

A megajánlott termékek műszaki adatait tartalmazó táblázatok és a termékminták vizsgálatát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő által megajánlott termékek az alábbi részajánlati körök tekintetében nem felelnek meg a hivatkozott előírásnak:

13. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (13.4. sor).

57. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (57.3. sor).

59. részajánlati kör: a fonal vastagsága eltér a kiírásban rögzítettektől (59.2., 59.3. sorok), a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (59.6. sor), továbbá az öltésszám eltér a kiírásban rögzítettől (59.7. sor).

61. részajánlati kör: a tűtípus eltér a kiírásban rögzítettől (61.4., 61.5. sorok), továbbá a 61.5. sorban 2 helyett csak 1 tűvel fegyverzett.

64. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (64.1. sor).

71. részajánlati kör: a fonal vastagsága eltér a kiírásban rögzítettől, továbbá a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (59.6. sor).

77. részajánlati kör: a fonal vastagsága eltér a kiírásban rögzítettől.

79. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket.

84. részajánlati kör: az öltésszám eltér a kiírásban rögzítettől.

145. részajánlati kör: a fonalhossz tekintetében az eltérés meghaladja a megengedett mértéket (145.4. sor).

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Termékminta hiánya:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció 3.2. M/2. pontjában, a műszaki és szakmai alkalmasság körében rögzítette az alábbiakat:

Csatolja a megajánlott áru magyar nyelvű termékleírását, továbbá részajánlati körönként és azon belül alapanyagfajtánként mellékeljen 1 db (levél) mintapéldányt, az adott részajánlati körben szereplő legkisebb fonalvastagságú varróanyagból! Azon részajánlati körök esetében, ahol a tű minősége, mint bírálati részszempont értékelésre kerül, a legkisebb fonalvastagságú tűvel ellátott varróanyagból kell a termékmintát benyújtani.

Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyben kérte az ajánlatából hiányzó termékminták pótlását. Az ajánlattevő az alábbi részajánlati körök tekintetében nem teljesítette a hiánypótlást a megadott határidőre:

143., 155., 163.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért az ajánlata a Kbt. 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen.

- Orvos-szakmai indokokra alapozott érvénytelenség:

Az ajánlatkérő a Dokumentáció IX. fejezetében, a közbeszerzési műszaki leírás körében, a varrófonalak megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban rögzítette az alábbiakat:

A varrófonalak megfelelőségét az adott klinika, műtéti terület sajátosságai alapján is vizsgálják a felhasználók. Ennek során az ajánlatkérő az alábbi szempontokat is figyelembe veszi.

A tű és a fonal átmérője között van-e eltérés, mivel amennyiben a tű átmérője vastagabb, a szűracsatornát a fonal nem tölti ki, amely bizonyos területeken (pl. érsebészet, szájsebészet) jelentős szűracsatorna vérzést okozhat, amelynek csillapítása technikailag nehézkes és jelentős többletanyag felhasználást igényel. Hasonló problémát jelenthet pl. az érsebészet területén a fonal sprőd volta, mely könnyebben átvágja a finom érfal struktúráját, ezáltal ismét csak növelve a műtéti időtartamot, valamint költségeket. A csomótartás nem megfelelősége, amely eredményeként az átlagosnál sokkal több csomó kell a rögzítésre, szintén kifogásolható, mivel szövődeményeket okozhat, fertőzés kialakulásához vezethet (pl. nyálkahártya irritáció, szöveti sérülés okozása, lepedék lerakódás révén), ezáltal hátráltathatja a seb gyógyulását. A sodrott varrófonalak sodrott szálainak szétválása, a fonal rugalmasságának hiánya (megtörése) szintén kifogásolható. Semmilyen területen nem elfogadható, ha a tű leválik (leesik) a fonalról, vagy ha tű az öltés közben deformálódik. Bizonyos területeken (pl. plasztika) a fentiek esztétikai eredményekre történő kihatásai is jelentőséggel bírhatnak, így a felhasználóknak erre is figyelemmel kell lenniük.

Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően vizsgálta, hogy a benyújtott termékminták az adott klinika, felhasználási terület műtéti sajátosságaira is figyelemmel megfelelnek-e az orvos-szakmai elvárásoknak, amely eredményeként az alábbi részajánlati körökben állapított meg szakmai kifogásokat, azaz az érintett műtéti terület orvos-szakmai szempontjaira alapozott érvénytelenséget.

4. részajánlati kör: A részajánlati körben ér- és idegvarrathoz használatos termékek szerepelnek. A megajánlott varróanyag esetében a tapasztaltak alapján a fonal nyúlik. Anasztomózis készítésénél elvághatja a szövetet, ami miatt insufficienciát okozhat, az így okozott anyagvesztés akár a varratkészítés lehetőségét is elveszítheti. Érvarrat esetén keringés zavart, idegvarrat esetén az elégtelen adaptáció miatt késői funkció zavart eredményezhet. Mindkét esetben az ilyen kaliberű képletek reanasztomózisa rendkívül nehéz és eredményének bizonytalansága miatt sikertelenséget kódolhat.

157. részajánlati kör: A tű alaktartása és mérete nem megfelelő, a tű az első öltéseknél elgörbült. A fonal enyhe húzásra felcsavarodik, könnyen szakítható.

Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlattevő ajánlata a fentiekben rögzített részajánlati körök tekintetében nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

- Aránytalanul alacsony ár:

74. részajánlati kör: Az ajánlatok értékelését követően az ajánlatkérő a Kbt. 69. § alapján indoklásadásra hívta fel az ajánlattevőt az egyes részajánlati körökben megadott ajánlati árának a Kbt. alapján aránytalanul alacsonynak minősülő volta miatt. Az indoklaskérés a 74. részajánlati körre is vonatkozott, amely tekintetében az ajánlattevő azt a választ adta, hogy a táblázat kitöltése során elkövetett tévesztés, illetve hibás adatbevitel eredményezte ajánlatukban a „rendkívül alacsony” árat (az adatbevitel során egy számjegy – egy darab nulla – lemaradt a számsor végéről, azaz nem került beírásra. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által adott magyarázat azt támasztja alá, hogy az ajánlati ár nem megalapozott, így az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlat a hivatkozott részajánlati kör tekintetében a Kbt. 74. § (2) a) pontja alapján érvénytelen, mivel aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

A 14., 17-21., 23-30., 32-37., 58., 69., 74., 105., 120., 121., 124., 125., 127., 128., 135., 138., 141., 146., 153.,

154., 165., 166. részajánlati körök tekintetében: **B.Braun Medical Kft.** 1023 Budapest, Felhévizi utca. 5.

Ellenszolgáltatás összege: 11.290.004,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 14.338.305,-Ft / év

A 9., 65., 66., 77., 85., 97., 104., 164. részajánlati körök tekintetében: **Chirmax Hungary Kft.** 1097 Budapest, Gyáli út 3/B.

Ellenszolgáltatás összege: 5.187.421,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 6.588.025,-Ft / év

A 11., 15., 22., 50., 57., 59-64., 72., 73., 78., 80., 83., 87-89., 91., 92., 98-100., 102., 107-119., 122., 123., 139., 142., 143-145., 147., 158-161., 163. részajánlati körök tekintetében: **EUROMEDIC TRADING Kft.** 1051 Budapest, Dorottya u. 1.

Ellenszolgáltatás összege: 27.637.303,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 35.099.375,-Ft / év

A 3., 13., 90., 93-96., 103. részajánlati körök tekintetében: **GOLD MEDICAL Kft.** 2370 Dabas, Dinnyés Lajos u. 12.
Ellenszolgáltatás összege: 4.408.192,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 5.598.404,-Ft / év

Az 1., 2., 4-8., 10., 16., 38., 39., 41-49., 55., 56., 70., 71., 79., 81., 82., 84., 86., 129-131., 132-134., 137., 140., 148-152., 155-157. részajánlati körök tekintetében: **Johnson & Johnson Kft.** 2045 Törökbálint, Tó Park

Ellenszolgáltatás összege: 18.682.428,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 23.726.684,-Ft / év

A 126., 136. részajánlati körök tekintetében: **MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 60.

Ellenszolgáltatás összege: 295.430,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 375.196,-Ft / év

A 12., 51-54., 67., 68., 75., 76., 101., 106. részajánlati körök tekintetében: **VARIOMEDIC Kft.** 2030 Érd, Lócsei út 14-16.

Ellenszolgáltatás összege: 3.475.697,-Ft + 27 % ÁFA / év, azaz bruttó 4.414.135,-Ft / év

Ajánlataik kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatok.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – szállítások és szállításokkal kapcsolatos tanácsadás

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Chirmax Hungary Kft. – Curamedical BV. - referenciaigazolás

MEDLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – CatGut GmbH - referenciaigazolás

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.03.30.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.04.08.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. március 28.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. március 29.

18.* Az összegezés módosításának indoka:--

19.* Az összegezés módosításának időpontja:--

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:--

21.* Az összegezés javításának indoka:--

22.* Az összegezés javításának időpontja:--

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:--

24.* Egyéb információk:--



 Ajánlatkérő képviselője

ajánlattevő neve	Új Klinika											
	Bírálati részszempontok											
	ajánlati ár részajánlati körönként			fizetési határidő			A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)			A fonal csomótartása		
	súlyszám	értékelési pontszám	ajánlati ár (nettó Ft/év)	értékelési pontszám	szüzyott ért. pontsz.	fiz. hat. idő	értékelési pontszám	szüzyott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	szüzyott ért. pontsz.	sor- rend
1. részajánlati kör	20											
B.Braun Medical Kft.			1.662.000	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
Euromedic T. Kft.			1.211.261	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
Johnson & J. Kft.			2.181.400	10	200	60 nap	10	30	1.	10	30	1.
Medline Kft.			1.717.702	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
2. részajánlati kör												
Euromedic T. Kft.			86.550	6,24	124,8	60 nap	10	8	2.	24	24	2.
Johnson & J. Kft.			54.000	10	200	60 nap	10	30	1.	10	30	1.
Medline Kft.			83.965	6,43	128,6	60 nap	10	18	3.	6	18	3.
3. részajánlati kör												
B.Braun Medical Kft.			677.641	4,13	82,6	60 nap	10	24	2.	8	24	-
Chirmax Hun. Kft.			410.933	6,81	136,2	60 nap	10	24	2.	8	24	-
Euromedic T. Kft.			546.880	5,12	102,4	60 nap	10	24	2.	8	24	-
Gold Medical Kft.			280.000	10	200	60 nap	10	18	3.	6	18	-
Johnson & J. Kft.			800.000	3,5	70	60 nap	10	30	1.	10	30	-
Medline Kft.			780.000	3,59	71,8	60 nap	10	6	3.	6	18	-
Varomedic Kft.			467.800	5,99	119,8	60 nap	10	24	2.	8	24	-
4. részajánlati kör												
Johnson & J. Kft.			1.659.704	10	200	60 nap	10	10	1.	10	30	1.
Medline Kft.			1.377.978	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
Varomedic Kft.			1.512.672	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
5. részajánlati kör												
B.Braun Medical Kft.			2.971.457	9,14	182,8	60 nap	10	24	2.	8	24	2.
Euromedic T. Kft.			2.716.300	10	200	60 nap	10	8	2.	8	24	2.
Johnson & J. Kft.			2.740.000	9,91	198,2	60 nap	10	30	1.	10	30	1.
Medline Kft.			4.819.413	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
Varomedic Kft.			2.945.133	9,22	184,4	60 nap	10	8	2.	8	24	2.
6. részajánlati kör												
Johnson & J. Kft.			45.044	10	200	60 nap	10	10	1.	10	30	1.
7. részajánlati kör												
B.Braun Medical Kft.			64.512	0	0	60 nap	0	0		0	0	0
Johnson & J. Kft.			38.082	10	200	60 nap	10	30	1.	10	30	1.
8. részajánlati kör												
Johnson & J. Kft.			66.000	10	200	60 nap	10	10	1.	10	30	1.
9. részajánlati kör												
B.Braun Medical Kft.			388.849	7,95	159	60 nap	10	8	2.	8	24	-
Chirmax Hun. Kft.			291.600	10	200	60 nap	10	24	2.	8	24	-
Euromedic T. Kft.			349.920	8,33	166,6	60 nap	10	8	2.	8	24	-
Johnson & J. Kft.			390.000	7,48	149,6	60 nap	10	30	1.	10	30	-
Medline Kft.			707.840	4,12	82,4	60 nap	10	8	2.	8	24	-
10. részajánlati kör												
B.Braun Medical Kft.			842.137	0	0	60 nap	0	-	-	-	-	-
Chirmax Hun. Kft.			2.106.647	0	0	60 nap	0	-	-	-	-	-
Euromedic T. Kft.			1.716.000	0	0	60 nap	0	-	-	-	-	-
Johnson & J. Kft.			2.730.000	10	200	60 nap	10	-	-	-	-	-

Sebészeti Klinika																
Bírálati részszempontok																
ajánlattevő neve	súlyszám	ajánlati ár (nettó Ft/év)			értékelési pontszám			fiz. hat. idő			értékelési pontszám			ajánlati ár (nettó Ft/év)		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																
a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolata)																
súlyozott értékelési pontszámok összege																
Bírálati részszempontok																
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)																
A fonal csomótartása																

52. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofili varranyag																	
B.Braun Medical Kft.	132.895	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimax Hun. Kft.	70.215	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euromedic T. Kft.	94.350	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.	232.665	5,48	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	209,6	0
Medline Kft.	185.998	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variormedic Kft.	127.500	10	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300	0
53. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofili varranyag																	
B.Braun Medical Kft.	422.607	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimax Hun. Kft.	244.320	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euromedic T. Kft.	337.600	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.	540.000	8,03	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	260,6	0
Medline Kft.	431.800	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variormedic Kft.	493.800	10	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300	0
54. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofili varranyag																	
B.Braun Medical Kft.	363.565	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimax Hun. Kft.	495.390	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euromedic T. Kft.	320.760	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.	480.000	6,31	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	228,2	0
Variormedic Kft.	302.850	10	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300	0
55. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofili varranyag																	
B.Braun Medical Kft.	13.810	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euromedic T. Kft.	10.473	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.	17.838	10	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300	0
56. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofili varranyag																	
B.Braun Medical Kft.	17.472	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.	31.000	10	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300	0

Szívsebészeti Osztály

szivesszeti osztály																	
Bírálati részszempontok																	
		ajánlati ár részajánlati körönként	fizetési határidő				A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)				A fonal csomótartása				a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű súlyozott értékelési pontszámok stabilitása)		
			20		súlyozott ért. pontsz.	fiz. hat. idő	2		súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	3		súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	2		
			értékelési pontszám	értékelési pontszám			értékelési pontszám	értékelési pontszám			értékelési pontszám	értékelési pontszám					
súlyszám		ajánlati ár (nettó Ft/év)	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.			értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.			
ajánlattevő neve																	
57. részajánlati kör		57.1.-57.5. tételek:	Felszívódó, Polyglycolic Acid alapanyagú, sodrott, bevonatos varróránnyal, felszívódás 60-90 nap														
B. Braun Medical Kft.		2.692.858	9,63	192,6	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	276,6
Chirmax Hun. Kft.		2.680.750	9,67	193,4	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	4	12	4	8	245,4
Euromedic T. Kft.		2.593.351	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
Johnson & J. Kft.		2.723.317	9,52	190,4	60 nap	10	20	3	6	18	3	3	6	18	3	12	258,4
Medline Kft.		3.715.455	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varomedic Kft.		2.915.596	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. részajánlati kör		Felszívódó, Polyglycolic Acid alapanyagú, sodrott, bevonatos varróránnyal, felszívódás 60-90 nap															
B. Braun Medical Kft.		82.026	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
Euromedic T. Kft.		86.380	9,28	185,6	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	269,6
Medline Kft.		115.884	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. részajánlati kör		59.1.-59.7. tételek:	Nem felszívódó, polyeszter alapanyagú, sodrott, varróránnyal														
B. Braun Medical Kft.		1.588.671	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euromedic T. Kft.		1.295.995	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
Johnson & J. Kft.		1.795.636	7,22	144,4	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	228,4
Medline Kft.		2.356.159	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varomedic Kft.		1.899.574	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. részajánlati kör		60.1.-60.7. tételek:	Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varróránnyal														
B. Braun Medical Kft.		1.421.672	8,42	168,4	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	252,4
Euromedic T. Kft.		1.197.624	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
Johnson & J. Kft.		1.739.332	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medline Kft.		1.234.323	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varomedic Kft.		1.334.022	8,98	179,6	60 nap	10	20	3	6	18	3	3	6	18	3	12	247,6
61. részajánlati kör		61.1.-61.6. tételek:	Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróránnyal														
B. Braun Medical Kft.		423.214	8,5	170	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	254
Euromedic T. Kft.		359.860	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
Varomedic Kft.		424.045	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. részajánlati kör		Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróránnyal															
B. Braun Medical Kft.		428.684	7,14	142,8	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	210,8
Euromedic T. Kft.		318.150	9,62	192,4	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	272,4
Gold Medical Kft.		305.000	10	200	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	4	12	4	8	244
Johnson & J. Kft.		803.850	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medline Kft.		908.850	3,37	67,4	60 nap	10	20	3	6	18	3	3	6	18	3	12	123,4
63. részajánlati kör		63.1.-63.3. tételek:	Nem felszívódó, acél alapanyagú, sodrott varróránnyal														
Euromedic T. Kft.		1.956.768	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
64. részajánlati kör		64.1.-64.2. tételek:	Nem felszívódó, selyem alapanyagú, sodrott varróránnyal														
B. Braun Medical Kft.		82.863	9,17	183,4	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	267,4
Euromedic T. Kft.		75.984	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	300
Johnson & J. Kft.		114.100	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varomedic Kft.		98.220	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. részajánlati kör		Nem felszívódó, acél alapanyagú, monofil varróránnyal															
B. Braun Medical Kft.		4.102.116	5,95	119	60 nap	10	20	3	6	18	3	3	6	18	3	12	187
Chirmax Hun. Kft.		2.441.600	10	200	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	284
Euromedic T. Kft.		3.447.360	7,08	141,6	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	4	12	4	8	193,6
Johnson & J. Kft.		4.640.000	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varomedic Kft.		4.369.200	5,59	111,8	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	211,8
66. részajánlati kör		Nem felszívódó, acél alapanyagú, monofil varróránnyal															
B. Braun Medical Kft.		1.636.866	6,22	124,4	60 nap	10	20	3	6	18	3	3	6	18	3	12	192,4
Chirmax Hun. Kft.		1.017.333	10	200	60 nap	10	20	2	8	24	2	2	8	24	2	16	284
Euromedic T. Kft.		1.580.033	6,44	128,8	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	4	12	4	8	180,8
Johnson & J. Kft.		2.333.333	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varomedic Kft.		1.850.000	5,38	107,6	60 nap	10	20	1	10	30	1	1	10	30	1	20	207,6

67. részajánlati kör	Nem felszívódó, acél alapanyagú, monofil varróanyag																			
Variormedic Kft.	187.200	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
68. részajánlati kör	Nem felszívódó, acél alapanyagú, monofil varróanyag																			
Johnson & J. Kft.	290.000	6.43	128.6	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	212.6
Variormedic Kft.	186.575	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
69. részajánlati kör	egyéb speciális fonalak len																			
B. Braun Medical Kft.	595.930	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	-	-	30	-	-	-	-	280
Johnson & J. Kft.	467.720		0	60 nap		0			0			0			0					0
70. részajánlati kör	Nem felszívódó, speciális nylon szalag, monofil																			
Johnson & J. Kft.	471.295	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	-	-	30	-	-	-	-	280
71. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	485.872		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Chimax Hun. Kft.	209.268		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Euromedic T. Kft.	269.424		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Johnson & J. Kft.	468.000	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
Medline Kft.	511.956		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Variormedic Kft.	357.504		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
72. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	1.549.296	4.31	86.2	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	170.2
Chimax Hun. Kft.	668.250	10	200	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	8	252
Euromedic T. Kft.	834.000	8.01	160.2	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	260.2
Johnson & J. Kft.	2.100.000		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Medline Kft.	1.619.290	4.13	82.6	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	150.6
73. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	633.911	5.5	110	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	178
Chimax Hun. Kft.	348.780	10	200	60 nap	10	20	6	1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3	2	228
Euromedic T. Kft.	443.100	157.4	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	257.4	
Johnson & J. Kft.	810.000	4.31	86.2	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	8	138.2
Medline Kft.	647.700	5.38	107.6	60 nap	10	20	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	4	143.6
Variormedic Kft.	593.140	5.88	117.6	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	201.6
74. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	2.671.200	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
Euromedic T. Kft.	3.812.833	7.01	140.2	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	224.2
Johnson & J. Kft.	3.000.000		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Medline Kft.	4.070.583	6.56	131.2	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	199.2
Variormedic Kft.	176.200		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
75. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	581.705	8.82	176.4	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	244.4
Chimax Hun. Kft.	888.672	5.77	115.4	60 nap	10	20	6	1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3	2	143.4
Euromedic T. Kft.	513.216	10	200	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	8	252
Johnson & J. Kft.	768.000	6.68	133.6	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	217.6
Medline Kft.	784.440	6.54	130.8	60 nap	10	20	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	4	166.8
Variormedic Kft.	570.240	9	180	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	280
76. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	1.789.200		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Euromedic T. Kft.	2.081.500	5.24	104.8	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	172.8
Johnson & J. Kft.	1.750.000	6.24	124.8	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	206.8
Variormedic Kft.	1.091.611	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
77. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	50.434	4.42	86.4	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	8	140.4
Chimax Hun. Kft.	22.275	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
Euromedic T. Kft.	28.940	7.7	154	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	238
Johnson & J. Kft.	70.000		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Medline Kft.	60.215	3.7	74	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	142
Variormedic Kft.	44.928		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
78. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú monofil varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	86.277	6.77	135.4	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	219.4
Euromedic T. Kft.	57.735	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
Johnson & J. Kft.	135.000		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Medline Kft.	97.155	5.94	118.8	60 nap	10	20	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	8	170.8
Variormedic Kft.	109.623	5.27	105.4	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	18	3	6	18	12	173.4
79. részajánlati kör	Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott, varróanyag																			
B. Braun Medical Kft.	1.106.296		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0
Euromedic T. Kft.	855.360	6.84	136.8	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	24	2	8	24	16	220.8
Johnson & J. Kft.	585.000	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	30	1	10	30	20	300
Variormedic Kft.	842.280		0	60 nap		0			0			0			0			0	0	0

80. részajánlati kör	egyéb speciális fonalak	Nem felszívódó, polyeszter alapanyagú, sodrott, varrândanyag
B Braun Medical Kft.	2 254,360	0 60 nap 0 0 0 0 0 0
EuroMedic T. Kft.	1 575,297	10 200 60 nap 10 20 1. 10 30 1. 10 20 300
Johnson & J. Kft.	4 163,360	0 60 nap 0 0 0 0 0 0
VarioMedic Kft.	2 259,465	6,97 139,4 60 nap 10 20 2. 8 24 2. 8 16 223,4
81. részajánlati kör	egyéb speciális fonalak	Teflon Pledget 7 x 3 x 1,5
Johnson & J. Kft.	75,000	10 200 60 nap 10 20 1. 10 30 1. 10 30 - 280

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika															
Bírálati részszempontok															
ajánlattevő neve	ajánlati ár részajánlati körönként				fizetési határidő				A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)				A fonal csomóntartása		
	súlyszám	értékelési pontszám	ért. pontsz.	ajánlati ár (nettó Ft/év)	20	fiz.	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	2	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	3	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolat stabilitása)
82. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	82.1.-82.3. tételek:	Felszívódó, polylactin alapanyagú, sodrott varrónyag,	bevonattal, sebösszehúzás 6-10 nap, felszívódás max 42 nap	160,6	60 nap	10	20	4	12	4	12	4	4	4	8
Chirmax Hun. Kft.	411.059	8,03	196,8	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	16	212,6
Euromedic T. Kft.	335.411	9,84	196,8	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	16	280,8
Johnson & J. Kft.	512.063	6,44	128,8	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	12	196,8
Medline Kft.	330.000	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	300
	715.677	4,81	92,2	60 nap	10	20	5	2	6	5	2	6	5	2	128,2
83. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	83.1.-83.14. tételek:	Felszívódó, polylactin alapanyagú, sodrott varrónyag,	bevonattal, sebösszehúzás 28-35 nap, felszívódás 56-70 nap	190,6	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	16
Euromedic T. Kft.	6.008.916	9,81	196,2	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	20
Medline Kft.	9.163.380	6,43	128,6	60 nap	10	20	4	4	12	4	12	4	4	4	8
Varimed Kft.	5.894.944	10	200	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	12
	5.894.944	10	200	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	12
84. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	84.1.-84.3. tételek:	Polyamid alapanyagú, sodrott, varrónyag		0	60 nap				0			0			0
Johnson & J. Kft.	76.570	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	280
Medline Kft.	131.040	5,84	116,8	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	184,8
Varimed Kft.	49.950	0	0	60 nap	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	85.1.-85.3. tételek:	Selyem alapanyagú, terméshézes, sodrott, bevonatos varrónyag		0	60 nap				0			0			0
Chirmax Hun. Kft.	341.292	5,05	101	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	169
Euromedic T. Kft.	172.400	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	300
Johnson & J. Kft.	345.267	4,99	99,8	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	183,8
Medline Kft.	444.444	0	0	60 nap	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varimed Kft.	299.533	5,76	115,2	60 nap	10	20	5	2	6	5	2	6	5	2	151,2
	355.111	4,85	97	60 nap	10	20	4	4	12	4	12	4	4	4	149
86. részajánlati kör															
Johnson & J. Kft.	86.1.-86.3. tételek:	Polypropilén alapanyagú, monofil, varrónyag		0	60 nap				0			0			0
B.Braun Medical Kft.	150.147	10	200	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	300
87. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	87.1.-87.2. tételek:	Nem felszívódó, polyester alapanyagú varrónyag		0	60 nap				0			0			0
Euromedic T. Kft.	30.913	9,86	197,2	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	265,2
Johnson & J. Kft.	31.062	9,81	196,2	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	296,2
Medline Kft.	63.720	0	0	60 nap	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varimed Kft.	30.485	10	200	60 nap	10	20	4	4	12	4	12	4	4	4	252
	36.900	8,28	165,2	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	249,2
88. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	88.1.-88.3. tételek:	Felszívódó, caprolactone alapanyagú, monofil varrónál, felszívódási idő 90-120		0	60 nap				0			0			0
Euromedic T. Kft.	236.380	10	200	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	268
Medline Kft.	277.650	8,51	170,2	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	270,2
	265.586	8,9	178	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	262
89. részajánlati kör															
B.Braun Medical Kft.	89.1.-89.2. tételek:	Felszívódó, polydioxanon alapanyagú, monofil varrónál, felszívódási idő 180-210 nap		0	60 nap				0			0			0
Chirmax Hun. Kft.	409.446	10	200	60 nap	10	20	3	6	18	3	6	18	3	6	268
Euromedic T. Kft.	466.107	8,78	175,6	60 nap	10	20	2	8	24	2	8	24	2	8	259,6
Medline Kft.	451.557	9,07	181,4	60 nap	10	20	1	10	30	1	10	30	1	10	281,4
	753.762	5,43	108,6	60 nap	10	20	4	4	12	4	12	4	4	4	160,6

Gyermekgyógyászati Klinika																						
Bírálati részszempontok																						
ajánlati ár részajánlati körönként			fizetési haladód					A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)					A fonal csomótartása				a tű minősége (ajaktartás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolat stabilitása)	szülőzött értékelési pontszámok összege				
ajánlattevő neve	súlyszám	20		2		3			3					2		értékelési pontszám	sor-rend	értékelési pontszám	szülőzött ért. pontsz.	sor-rend	értékelési pontszám	szülőzött ért. pontsz.
		ajánlati ár (nettó Ft/év)	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	fiz. haladód	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor-rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor-rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.									
90.1.-90.4. tételek: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		212.729		0	60 nap					0							0				0	
Euromedic T. Kft.		188.391	7,53	150,6	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Gold Medical Kft.		141.768	10	200	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	
Johnson & J. Kft.		241.028		0	60 nap					0							0				0	
91.1.-91.4. tételek: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		109.588		0	60 nap					0							0				0	
Euromedic T. Kft.		122.762	9,77	195,4	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Medline Kft.		95.028		0	60 nap					0							0				0	
VarioMedic Kft.		120.007	10	200	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	
92.1.-92.5. tételek: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		175.593	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	-	280	
Euromedic T. Kft.		208.728	8,41	168,2	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	-	236,2	
93.1.-93.6. tételek: Felszívódó, caprolactone alapanyagú, monofil varrónyag, felszívódási idő 90-120 nap																						
B.Braun Medical Kft.		1.143.298	7,74	154,8	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Euromedic T. Kft.		1.345.086	6,58	131,6	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Gold Medical Kft.		885.024	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Medline Kft.		1.521.797	5,82	116,4	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	
94.1.-94.8. tételek: Felszívódó, polylactin alapanyagú, sodrott varrónyag, bevonattal, sebösszehúzás 28-36 nap, felszívódás 56-70 nap																						
B.Braun Medical Kft.		375.427	5,87	117,4	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	-	197,4	
Euromedic T. Kft.		220.560	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	-	280	
Gold Medical Kft.		220.560	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	-	280	
95. részajánlati kör																						
Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		28.767	4,39	87,8	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Euromedic T. Kft.		22.152	5,89	117,8	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Gold Medical Kft.		13.056	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Johnson & J. Kft.		40.000		0	60 nap					0				0			0			0	0	
Medline Kft.		26.832		0	60 nap					0				0			0			0	0	
VarioMedic Kft.		35.100	3,72	74,4	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	
96. részajánlati kör																						
Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		49.513	5,2	104	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Euromedic T. Kft.		35.328	6,71	134,2	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Gold Medical Kft.		23.688	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Johnson & J. Kft.		60.000		0	60 nap					0				0			0			0	0	
Medline Kft.		40.248		0	60 nap					0				0			0			0	0	
VarioMedic Kft.		56.340	4,2	84	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
97. részajánlati kör																						
Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		21.700	4,32	86,4	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Chirmax Hun. Kft.		9.374	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Euromedic T. Kft.		13.920	6,73	134,6	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Johnson & J. Kft.		30.000		0	60 nap					0				0			0			0	0	
Medline Kft.		21.590	4,34	86,8	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	
98. részajánlati kör																						
Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varrónyag																						
B.Braun Medical Kft.		24.948	10	200	60 nap	10	20	1.	1.	10	30	1.	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	
Euromedic T. Kft.		27.000		0	60 nap					0				0			0			0	0	
Medline Kft.		27.000		0	60 nap					0				0			0			0	0	

99. részajánlati kör	Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag															
B.Braun Medical Kft.	18.816	0	60 nap	0												
Euromedic T. Kft.	21.376	10	200	60 nap	10	10	1.									
Johnson & J. Kft.	66.000	0	60 nap	0												
100. részajánlati kör	Felszívódó, gliconát alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 60-90 nap															
B.Braun Medical Kft.	164.954	9,3	196	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	286
Euromedic T. Kft.	153.422	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Johnson & J. Kft.	184.500	8,32	166,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	266,4
Medline Kft.	229.108	6,7	134	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	218
Varionedic Kft.	190.035	8,07	161,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	261,4
101. részajánlati kör	Felszívódó, gliconát alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 60-90 nap															
B.Braun Medical Kft.	193.112	9,84	196,8	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	296,8
Euromedic T. Kft.	244.176	7,78	155,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	255,6
Medline Kft.	229.108	8,29	165,8	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	249,8
Varionedic Kft.	190.035	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
102. részajánlati kör	Felszívódó, gliconát alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 60-90 nap															
B.Braun Medical Kft.	20.563	8,09	173,8	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	273,8
Euromedic T. Kft.	17.862	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	34.195	5,22	104,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	188,4

Bőrgyógyászati Klinika																
Bírálati részszempontok																
ajánlattevő neve	súlyszám	ajánlati ár részajánlati körönként			fizetési határidő			A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szaktípuszárdság)			A fonal csomótartása			a tű minősége (alaktartás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolat stabilitása)		
		20			2			3			3			2		
		értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	ajánlati ár (nettó Ft/év)	fiz. hat. idő	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor. rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor. rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor. rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.
103. részajánlati kör																
103.1.-103.9. tételek: Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
B.Braun Medical Kft.		3.216.282	5,85	117	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Chimax Hun. Kft.		3.114.083	120,8	60 nap	10	20	2.	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
Euromedic T. Kft.		2.491.383	7,55	151	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Gold Medical Kft.		1.880.100	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
Medline Kft.		3.913.000	0	60 nap	10	20	0									0
104. részajánlati kör																
104.1.-104.2. tételek: Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
B.Braun Medical Kft.		127.523	3,46	69,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Chimax Hun. Kft.		44.167	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
Gold Medical Kft.		47.200	0	60 nap	10	20	0									0
Johnson & J. Kft.		208.858	0	60 nap	10	20	0									0
Medline Kft.		108.208	0	60 nap	10	20	0									0
Varomedic Kft.		133.111	3,32	66,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
105. részajánlati kör																
105.1.-105.10. tételek: Felszívódó, polylactin alapanyagú, sodrott varrófonal, felszívódási idő 60-90 nap																
B.Braun Medical Kft.		1.663.565	9,58	191,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Euromedic T. Kft.		1.592.950	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
Medline Kft.		2.121.600	0	60 nap	10	20	0									0
106. részajánlati kör																
106.1.-106.2. tételek: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, sodrott, bevonatos varrótányag																
Varomedic Kft.		155.421	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	-	-	280
107. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
Euromedic T. Kft.		100.367	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Johnson & J. Kft.		182.717	0	60 nap	10	20	0									0
Medline Kft.		111.800	8,98	179,5	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
108. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
B.Braun Medical Kft.		665.280	7,21	144,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Euromedic T. Kft.		479.833	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Johnson & J. Kft.		750.000	0	60 nap	10	20	0									0
Medline Kft.		559.000	8,58	171,6	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
109. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
B.Braun Medical Kft.		629.216	7,58	151,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Euromedic T. Kft.		476.917	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Johnson & J. Kft.		1.041.667	0	60 nap	10	20	0									0
Medline Kft.		559.000	8,53	170,6	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
110. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
B.Braun Medical Kft.		754.118	6,81	136,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Euromedic T. Kft.		513.900	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Johnson & J. Kft.		1.300.000	0	60 nap	10	20	0									0
Medline Kft.		670.800	7,66	153,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12
Varomedic Kft.		835.500	6,15	123	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16
111. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polypropilén alapanyagú, monofil varrótányag																
B.Braun Medical Kft.		753.312	6,89	137,8	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Euromedic T. Kft.		518.900	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20
Johnson & J. Kft.		1.250.000	0	60 nap	10	20	0									0
Medline Kft.		670.800	7,74	154,8	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12
Varomedic Kft.		843.000	6,16	123,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16

112. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróránnyag																	
B.Braun Medical Kft.	124.029	7,44	148,8	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	248,8
Euromedic T. Kft.	92.300	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Johnson & J. Kft.	208.333		0	60 nap	0				0									0	
Medline Kft.	111.800	8,26	165,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	233,2
Varomedic Kft.	146.250	6,31	126,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	210,2
113. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróránnyag																	
B.Braun Medical Kft.	249.805	7,32	146,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	246,4
Euromedic T. Kft.	182.967	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Johnson & J. Kft.	416.667		0	60 nap	0				0									0	
Medline Kft.	223.600	8,18	163,6	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	231,6
Varomedic Kft.	289.500	5,32	126,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	210,4
114. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróránnyag																	
B.Braun Medical Kft.	63.213	7,76	155,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	255,2
Euromedic T. Kft.	49.067	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Johnson & J. Kft.	104.167		0	60 nap	0				0									0	
Medline Kft.	55.900	8,78	175,6	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	243,6
Varomedic Kft.	85.000	5,77	115,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	199,4
115. részajánlati kör		Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróránnyag																	
B.Braun Medical Kft.	57.200	7,48	149,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	249,6
Euromedic T. Kft.	50.267	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Johnson & J. Kft.	112.500		0	60 nap	0				0									0	
Medline Kft.	55.900	8,99	179,8	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	247,8
Varomedic Kft.	80.250	6,26	125,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	209,2
116. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
Euromedic T. Kft.	135.550	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	132.600		0	60 nap	0				0									0	
117. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	287.178		0	60 nap	0				0									0	
Euromedic T. Kft.	271.100	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	265.200		0	60 nap	0				0									0	
118. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	258.187	9,66	193,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	293,2
Euromedic T. Kft.	249.467	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	265.200	9,41	188,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	272,2
119. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	280.017	8,86	177,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	277,2
Euromedic T. Kft.	248.133	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	265.200	9,36	187,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	271,2
120. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	216.653	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Euromedic T. Kft.	237.000	9,14	182,8	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	282,8
Medline Kft.	265.200	8,17	163,4	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	231,4
Varomedic Kft.	311.500	6,96	139,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	223,2
121. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	212.443	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Euromedic T. Kft.	227.867	9,32	186,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	286,4
Medline Kft.	265.200	8,01	160,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	244,2
122. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	142.287	9,06	181,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	281,2
Euromedic T. Kft.	128.900	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	132.600	9,72	194,4	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	262,4
Varomedic Kft.	152.500	8,45	169	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	253
123. részajánlati kör		Felszívódó, polyglacín alapanyagú, sodrott varróránnyal, felszívódási idő 60-90 nap																	
B.Braun Medical Kft.	259.445	8,11	162,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	262,2
Euromedic T. Kft.	210.400	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	265.200	7,93	158,6	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	226,6
Varomedic Kft.	306.111	6,87	137,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	221,4

124. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglactin alapanyagú, sodrott varrórónal, felszívódási idő 60-90 nap																
B.Braun Medical Kft.	118.222	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Euromedic T. Kft.	122.250	9,67	193,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	293,4
Medline Kft.	132.600	8,92	178,4	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	246,4
Variomedic Kft.	144.750	8,17	163,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	247,4
125. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglactin alapanyagú, sodrott varrórónal, felszívódási idő 60-90 nap																
B.Braun Medical Kft.	119.350	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Euromedic T. Kft.	132.967	8,98	179,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	279,6
Medline Kft.	132.600	9	180	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	264
126. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglecaprone 25 alapanyagú, monofil, varróróanyag, felszívódás 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	89.600	8,78	175,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	275,6
Medline Kft.	78.650	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	284
127. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglecaprone 25 alapanyagú, monofil, varróróanyag, felszívódás 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	88.637	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	78.650	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglecaprone 25 alapanyagú, monofil, varróróanyag, felszívódás 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	82.992	9,48	189,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	289,6
Johnson & J. Kft.	97.222	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medline Kft.	78.650	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	284
129. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglecaprone 25 alapanyagú, monofil, varróróanyag, felszívódás 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	83.922	9,37	187,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	287,4
Johnson & J. Kft.	79.167	9,93	198,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	298,6
Medline Kft.	78.650	10	200	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	268
Variomedic Kft.	88.847	8,85	177	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	261
130. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglecaprone 25 alapanyagú, monofil, varróróanyag, felszívódás 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	83.014	9,47	189,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	289,4
Johnson & J. Kft.	79.167	9,93	198,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	298,6
Medline Kft.	78.650	10	200	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	268
Variomedic Kft.	88.847	8,85	177	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	261
131. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglecaprone 25 alapanyagú, monofil, varróróanyag, felszívódás 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	89.522	8,79	175,8	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	275,8
Johnson & J. Kft.	79.167	9,93	198,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	298,6
Medline Kft.	78.650	10	200	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	268
Variomedic Kft.	88.681	8,87	177,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	261,4

Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika																
Bírálati részszempontok																
	ajánlati ár részajánlati körönként	fizetési határidő					A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)					A fonal csomótartása			a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolat stabilitása)	súlyozott értékelési pontszámok összege
		20		2			3			3			2			
		ajánlati ár (netto Ft/év)	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	fiz. hat. idő	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.			
ajánlattevő neve	súlyszám															
132. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		1.157.142	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.		984.000	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	300
Medline Kft.		1.654.606	5,95	119	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	203
Varimed Kft.		1.165.035	8,45	169	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	253
133. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		55.567	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.		73.200	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	300
Medline Kft.		130.620	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		102.628	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Johnson & J. Kft.		118.667	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	300
Medline Kft.		117.065	0	0	60 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varimed Kft.		134.600	8,82	176,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	260,4
135. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		212.904	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	284
Johnson & J. Kft.		303.162	7,02	140,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	240,4
136. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		346.931	6,25	125	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	209
Chirmax Hun. Kft.		256.140	8,46	169,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	237,2
Euromedic T. Kft.		391.620	5,54	110,8	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	178,8
Johnson & J. Kft.		375.000	5,78	115,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	215,6
Medline Kft.		216.780	10	200	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	268
137. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		160.000	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	300
138. részajánlati kör																
B.Braun Medical Kft.		73.748	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	284
Euromedic T. Kft.		85.604	8,61	172,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	240,2
Johnson & J. Kft.		104.500	7,06	141,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	241,2
Medline Kft.		155.938	4,73	94,6	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	162,6
Varomedic Kft.		85.467	8,63	172,6	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	240,6

Szemészeti Klinika																
Bírálati részenpontok																
		ajánlati ár részajánlati körönként		fizetési határidő					A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)				A fonal csomótartása		a tű minősége (alakítás, rugalmasság, teherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolat stabilitása)	súlyozott értékelési pontszámok összege
	súlyszám	20		2		3			3		3		2			
		ajánlati ár (nettó Ft/év)	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	fiz. hat. idő	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor- rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	értékelési pontszám		
139. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglactin alapanyagú, bevonatos varrótanyag																
B.Braun Medical Kft.		1.849.406		0	60 nap		0			0			0		0	0
Euromedic T. Kft.		1.610.078	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	8	16	284
Johnson & J. Kft.		1.927.500	8,35	167	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	10	20	267
Varimed Kft.		1.877.906	8,57	171,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	8	16	255,4
140. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglicolic Acid alapanyagú, bevonatos varrótanyag																
B.Braun Medical Kft.		211.393	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	8	16	284
Euromedic T. Kft.		242.740	8,71	174,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	6	12	242,2
Johnson & J. Kft.		220.000	9,61	192,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	10	20	292,2
Medline Kft.		367.540	5,75	115	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	6	12	183
Varimed Kft.		239.330	8,83	176,6	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	6	12	244,6
141. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polyester alapanyagú varrótanyag																
B.Braun Medical Kft.		198.252	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	8	16	284
Euromedic T. Kft.		260.860	7,6	152	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	6	12	220
Johnson & J. Kft.		240.000	8,26	165,2	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	10	20	265,2
Medline Kft.		309.370	6,41	128,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	6	12	196,2
Varimed Kft.		249.000	7,96	159,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	6	12	227,2
142. részajánlati kör																
Nem felszívódó, nylon alapanyagú, monofil varrótanyag																
B.Braun Medical Kft.		597.273		0	60 nap		0			0			0		0	0
Euromedic T. Kft.		421.207	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	10	20	300
Johnson & J. Kft.		933.333		0	60 nap		0			0			0		0	0
Medline Kft.		757.506		0	60 nap		0			0			0		0	0
Varimed Kft.		490.283	8,59	171,8	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	8	16	255,8

[illegible]

155. társajánlati kör									
Sztetikus, nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofili varróbanyag (microbeszét)									
Euromedic T. Kft.	37 422	0	60 nap						
Johnson & J. Kft.	72 000	10	200	10	20	1.	10	30	0
Medline Kft.	93 723	0	60 nap		0				20
Varomedic Kft.	65 535	0	60 nap		0				0
156. társajánlati kör									
Sztetikus, nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofili varróbanyag (microbeszét)									
Euromedic T. Kft.	59 976	0	60 nap		0				
Johnson & J. Kft.	120 000	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30
Medline Kft.	130 716	0	60 nap		0				0
157. társajánlati kör									
Sztetikus, nem felszívódó, polipropylene alapanyagú, monofili varróbanyag									
B Braun Medical Kft.	125 785	0	60 nap		0				0
Chirmax Hun. Kft.	125 295	0	60 nap		0				0
Euromedic T. Kft.	98 370	0	60 nap		0				0
Johnson & J. Kft.	150 000	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30
Medline Kft.	102 335	0	60 nap		0				0
Varomedic Kft.	122 400	0	60 nap		0				0

Urológia																
Bírálati részemponatok																
ajánlattevő neve	ajánlati ár részajánlati körönként			fizetési határidő			A fonal kezelhetősége (rugalmasság, hajlékonyság, szakítószilárdság)			A fonal csomótartása			a tű minősége (alakartás, rugalmasság, feherbíró képesség, a tű és fonal kapcsolat stabilitása)			súlyozott értékelési pontszámok összege
	20			2			3			3			2			
	súlyszám	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	ajánlati ár (nettó Ft/év)	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	fiz. hat. idő	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor-rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	sor-rend	értékelési pontszám	súlyozott ért. pontsz.	
158. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polipropilén alapanyagú, monofil varróanyag																
Euromedic T. Kft.	86.938	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Johnson & J. Kft.	257.557		0	60 nap		0			0			0			0	0
159. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polyeszter alapanyagú, sodrott varróanyag																
B.Braun Medical Kft.	1.049.761		0	60 nap		0			0			0			-	0
Chirmax Hun. Kft.	1.317.157	5,87	117,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	-	-	-	185,4
Euromedic T. Kft.	773.669	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	-	-	-	280
Medline Kft.	1.564.182		0	60 nap		0			0			0			-	0
160. részajánlati kör																
Nem felszívódó, polyeszter alapanyagú, sodrott varróanyag																
Euromedic T. Kft.	39.520	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	45.600	8,67	173,4	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	241,4
Varomedic Kft.	58.800	6,72	134,4	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	218,4
161. részajánlati kör																
Nem felszívódó, poliamid alapanyagú, monofil varróanyag																
B.Braun Medical Kft.	624.151	8,53	170,6	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	270,6
Euromedic T. Kft.	532.245	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	284
162. részajánlati kör																
Nem felszívódó, poliamid alapanyagú, sodrott varróanyag																
Medline Kft.	325.728		0	60 nap		0			0			0			-	0
163. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglactin alapanyagú, bevonattal, sebösszetartás 28-35 nap, felszívódás 56-70 nap																
B.Braun Medical Kft.	869.965	9,46	189,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	273,2
Euromedic T. Kft.	823.269	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Medline Kft.	1.214.250		0	60 nap		0			0			0			0	0
Varomedic Kft.	874.001		0	60 nap		0			0			0			0	0
164. részajánlati kör																
Felszívódó, poliglactin alapanyagú, bevonattal, sebösszetartás 28-35 nap, felszívódás 56-70 nap																
Chirmax Hun. Kft.	1.188.672	10	200	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	-	-	-	268
Euromedic T. Kft.	1.371.306	8,67	173,4	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	-	-	-	253,4
Medline Kft.	2.330.040	5,1	102	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	-	-	-	158
165. részajánlati kör																
Felszívódó, caprolactone alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 90-120 nap																
B.Braun Medical Kft.	782.633	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Euromedic T. Kft.	930.730	8,41	168,2	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	252,2
166. részajánlati kör																
Felszívódó, polydioxanon alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 180-210 nap																
B.Braun Medical Kft.	93.188	10	200	60 nap	10	20	1.	10	30	1.	10	30	1.	10	20	300
Chirmax Hun. Kft.	94.528	9,86	197,2	60 nap	10	20	3.	6	18	3.	6	18	3.	6	12	265,2
Euromedic T. Kft.	103.764	8,98	179,6	60 nap	10	20	2.	8	24	2.	8	24	2.	8	16	263,6
Medline Kft.	119.635	7,79	155,8	60 nap	10	20	4.	4	12	4.	4	12	4.	4	8	207,8