

Szállítási szerződés

Szerződés száma: 16/Ny/2011/SZTE

amely létrejött egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban Megrendelő, és a **Central European Biosystems Kft.** (2040 Budaörs, Gyár u. 2., Cg.szám: 13-09-100366, adószám: 13349381-2-13, képviseli: Horváth István) mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011.01.28 -án megjelent, 2011/S 19-030351 számú Ajánlati felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **in vivo photo-imaging system** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3. Pályázati forrás: TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV

Cím: A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül

2. Vételár: 62.000.000,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 77.500.000,-Ft

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító CIB Bank Zrt.** -nél vezetett 10700024-24911203-51100005 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy

a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2. A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szállítási és számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet, Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont

6720 Szeged, Dóm tér 8.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követő **56 napon** belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti Intézményt.

5.3. A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4. A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Számviteli Törvény 25.§ 6. pontja alapján, az ajánlattevő csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A **Szállító** az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Szállító köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1. Az Áru üzembe helyezése a Szállító feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működni kell minden a specifikációban vállalt funkciónak.

7.3. A sikeres beüzemelést a Megrendelő képviselőre jogosult vezetője igazolja.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1. A Szállító az üzembe helyezést követően **minimum 12 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 7 napon belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szakszervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik. A műszer üzembe helyezését a forgalmazó, vagy gyártó cég végezze el, valamint legalább 2 személy számára tartson rövid (pl. 2-3 nap) felkészítő-tájékoztató jellegű oktatást a műszer működéséről;

9.2. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

9.4. A Szállító cserealkatrészeket minimum 10 évig biztosítja, illetve megfelelő szakember által biztosított tréning és módszer kidolgozási segédleteket nyújt.

10. Kötbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Engedélyek

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12. Hatályba lépés

12.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Szegedi Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A döntése végleges és végrehajtható.

Szeged, 2011. május 20.

Megrendelő:

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazd.-i és műszaki főig.

Kovács Tibor projektvezető

Ellenjegyző:

Közreműködő Szervezet képviselője

Szállító:

A benyújtott közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője

Műszaki leírás

Biospace Lab Photon Imager


Megnevezés	Mennyiség
<i>In vivo photo-imaging system</i>	1 db
Gyártó:	Biospace Lab
Megajánlott típus:	Photon Imager
Nettó ár:	62 000 000 Ft

Általános leírás:


A Photon Imager egy valós idejű In vivo 3 dimenziós lumineszcens és fluoreszcens tomográf rendszer kisállatok vizsgálatára, mely non invazív módon végzi a detektálást. Detekciós rendszere alkalmas biolumineszcens (lumineszcens) és fluoreszcens jel erősségének és helyének kimagaslóan precíz azonosítására és képalkotására. Egyedi foton számláló technológiával alkalmas nagyon rövid idő alatt extrém érzékenységgel és kimagasló dinamikus tartománnyal (bitmélység) befogni és nyomon követni a jelet, mozgó (opcionális, jelen ajánlat ezt a kiegészítőt nem tartalmazza) vagy álló képet alkotni a vizsgált állatról, szervről vagy egyéb objektumról.

Fotonszámláló technológia:

A készülék optikai rendszere a katonaságnál használatos éjjellátó berendezések technikai megoldását használja a lumineszcens vagy fluoreszcens jel befogására. A detektor (1. ábra) egy CCD alapú nagy bitmélységű kamera „INTENSIFIER” előtéttel (iCCD). A detektorhoz érkező foton által előidézett jelet az intensifier 10^6 -os erősségű jellé alakítja, amit a CCD érzékel (nem szoftveres, hanem hardveres zajmentes erősítés). Ez a megoldás töredék expozíciós idő alatt (20 ms) egy nagyságrenddel kedvezőbb zaj/jel detektálást biztosít a hűtött CCD kamerákhoz képest (2. ábra). Gyorsan változó jel esetén, a rövidebb expozíciós idő objektívebb vizsgálati eredményt jelent és kinetikus méréseknél is előnyösebb.




1. ábra: detektor felépítése



2. ábra: zaj/jel alakulása az expozíciós idő függvényében hűtött és i CCD kamera esetében (felső kép: hűtött CCD, alsó kép: i CCD)

Handwritten signature

Megjegyzés: A készülék az üzembe helyezést követően opcionálisan InActio modullal egészíthető ki, mely alkalmas 20 ms-os expozíciós idejű 43 kép/sec mozgókép készítésére, illetve a vizsgált állatról a kép kimerevítésével altatás nélkül is elvégezhető a felvétel. Újonnan megjelent publikációk szerint az bizonyos esetekben az altatás kihatással lehet a jel kifejeződésére ami torzított eredményhez vezethet. A hűtött CCD-t használó rendszerekhez képest ez a nagyon rövid expozíciós idő kifejezetten idegtudományi vizsgálatok elvégzésére teszi alkalmassá a készüléket, ahol a vizsgálat tárgya gyakran olyan állat, melyben a jel folyamatosan és gyorsan változhat (Ca-biolumineszcens imaging, izomműködés, idegi aktivitás felvételei).



3. ábra: MicroPack modul nagyítása

Technikai paraméterek:

Detektor: 3. generációs Intensified CCD kamera dupla MCP-vel, 20 ms expozíciós idő, a detekció maximális spektruma 370-920 nm.

Alapfelszereltségű detekció maximális felbontóképessége: 3,5 μm .

Lencse belndetartománya: f/1,4-22-ig változtatható.

Minimálisan detektálható fényerő: 75 photons/s/sr/cm².

Sötét áram zaj (Dark current noise): 25 electron/s/cm². (kimagaslóan alacsony zajszint a hűtött kamerához képest)

Kamera bitmélysége (dinamikus tartománya): 22 bit. (kimagaslóan nagy dinamikus tartomány a forgalomban lévő in vivo imaging rendszerekhez képest)


Legnagyobb látómező: alapfelszereltségben 25,5x18 cm (459 cm²>400 cm²), mely 5 egér illetve 3 patkány egyidejű vizsgálatát teszi lehetővé altatva vagy altatás nélkül (külön igényre 8 egér férőhely is kialakítható +3 db altató kónusz installációjával). A készülék élő állatok mellett alkalmas különböző nagyságú lyuk-lemezek (plate), fixált szövetminták és kiemelt szervek vizsgálatára is.

(megjegyzés: a készülék az üzembe helyezést követően is kibővíthető „TUNNEL” modullal, így a maximális látómező 60x80 cm, mely alkalmas nagyobb állatok vizsgálatára is)

Alkalmazási terület: Lumineszcens (vagy biolumineszcens) és fluoreszcens tomográfia.

Képkalkotás: 2D, 3D (vagy 4D – opcionálisan kiegészíthető, jelen ajánlat ezt a kiegészítőt nem tartalmazza). 3D generálás: tükörrendszer segítségével 4 oldalról készített egyidejű felvétel alapján a készülék szoftvere 3D képet generál, mely lehetővé teszi a jel x, y és z irányú (testen belüli mélységének, kiterjedésének) pontos elhelyezkedésének azonosítását.

Az iCCD subpixel felbontása: 2048x2048 pixelformátumú hűtött kamerával egyenértékű, de a jel kiindulási helyének meghatározása pontosabban detektálható az „Intensifier” detektornak köszönhetően, melynek felbontóképessége 4 megapixel formátumnál nagyobb. (lásd 4. ábra) A detekciós rendszer a képkalkotáshoz nem használ „binning”-et, mely rontaná a képfelbontást.




4. ábra: pontszerű jel forrásának pontos meghatározása subpixel tartományban

Excitációs rendszer: 400-800 nm folyamatos hullámhossz választási lehetőség 5 nm-es léptékkel 20 nm-es sáv szélességgel (lineáris folytonos filter).

Emissziós rendszer: 500-850 nm-es tartományban 12 filter filter-revolveren elhelyezve. Alapkonfigurációs hullámhosszok: 530 nm, 570 nm, 615 nm, 660 nm, 700 nm, 770 nm és 6 db szabadon választható hullámhossz. A készülékhez tetszőleges számú filter-revolver rendelhető az alapkonfiguráción felül a felhasználó által kiválasztott hullámhosszal, így a maximális emissziós filterek száma több mint 20.

Szoftver: Biospace Lab Photon Imager adatgyűjtő és M3 Vision analizáló szoftver, mely a gyártó saját fejlesztése a Photon Imager-hez. Az autofluoreszcens háttérrel a szoftver automatikusan kiszűri, zaj kiszűrésére nincs szükség, mert ennek mértéke elenyésző a jelhez képest az Intensifier technológia miatt (lásd: 2. ábra). Képgenerálás: TIFF, JPEG stb képállomány formátum, x, y és z pozicionálás, távolságmérés, 3D képgenerálás tomográfiához 4 oldali azonos időpillanatban készült felvételből.

(megjegyzés: Opcionális InActio modul installálásával 4D felvétel készíthető / valós idejű mozgóképek 43 fps)



5. ábra: 3D szoftvermodul képalkotása

Kiegészítő hardvereszközök alapfelszereltségben: PC, monitor, billentyűzet, egér win XP op.rendszerrel, 25-45 °C-ra fűthető vizsgálóasztal, 5 férőhelyes altatókészülék izoflurános vaporizerrel és töltővel.


Méretek: 65 x 60 x 105 cm (h x sz x m)

Tömege: 75 kg


Elektromos teljesítmény: 1,5 kW (230V)

Kiegészítő modulok (alapfelszereltség):

4wiev Pack 3D szoftvermodullal: tükörrendszer segítségével készít képet a vizsgált állatról egyidőben 4 oldalról (7. ábra), a szoftver 3D tomográfiás képet generál.




6. ábra: tomográfia a 3D szoftvermodullal



(7. ábra: 1. nap, 7. nap felvétel a 4wive pack kiegészítővel)

Handwritten signature or mark.

Micro Pack: Nagy felbontású képalkotást tesz lehetővé kis méretű objektumok vagy állatok vizsgálatához. A modul optikája fokozatmentesen változtatható a következő határok közt: 17µm – 3,5µm-es felbontóképesség (látómező 17x13 mm – 3,4x2,8 mm közt változik).



8. ábra: MicroPack modullal készített felvétel maláriaszúnyogról

Neurobiológiai kutatáshoz kapcsolódó cikkek:

- Ca Imaging
- **In vivo bioluminescence imaging of bone marrow-derived cells in brain inflammation**
Hidetoshi Akimoto a, Hyuck Joon Kwon b, Michitaka Ozaki c, Kazunori Yasuda b, Ken-ichi Honma d, Yoshihiro Ohmiya a,*
- **Reporter gene-expressing bone marrow-derived stromal cells are immune-tolerated following implantation in the central nervous system of syngeneic immunocompetent mice**
Irene Bergwerf^{1,2}, Nathalie De Vocht^{1,2,3}, Bart Tambuyzer^{1,2}, Jacob Verschueren³, Kristien Reekmans^{1,2,9}, Jasmijn Daans^{1,2}, Abdelilah Ibrahim^{4,10}, Viggo Van Tendeloo^{1,2,9}, Shyama Chatterjee⁵, Herman Goossens², Philippe G Jorens^{6,9}, Veerle Baekelandt^{7,10}, Dirk Ysebaert^{8,9}, Eric Van Marck⁵, Zwi N Berneman^{1,2,9}, Annemie Van Der Linden³ and Peter Ponsaerts^{*1,2,9}

Gyártó weboldalán a leírás:

<http://www.biospacelab.com/html/photonimager.html> *

Gyártó homepage:

www.biospacelab.com *

* a weboldalon feltüntetett egyes paraméterek eltérhetnek az ajánlatban feltüntetett készülék paramétereitől, mivel a megajánlott képalkotó rendszerbe beépítésre kerülnek bizonyos elemek a gyártó legújabb fejlesztésű készülékéből (PhotonImager Optima). Az új készülék 2011. májusától lesz elérhető az interneten is.

CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS KFT.
H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Adószám: 13349381-2-13
EU Adószám: HU 13349381
Cégjegyzékszám: 13-09-100366