



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

**SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM**

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

**Tárgy:** kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Szegedi Tudományegyetem 16/E/2017/SZTE számú, **Adásvételi szerződés keretében metszetterítő vízfürdő beszerzésére a Tumorbank Műszeregyüttes I.-hez kapcsolódóan az SZTE-ÁOK Pathológiai Intézet részére** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszáról.

**Kérdés:**

Elfogadja-e Ajánlatkérő olyan vízfürdő megajánlását, mely estében a hőmérséklet beállítás minimuma + 75°C helyett + 60°C?

**Válasz: Ajánlatkérő nem fogadja el, mert bizonyos típusú munkafolyamatoknál szükség van a minimum +75 °C hőmérséklet beállítási lehetőségre.**

Szeged, 2017. június 09.

Tisztelettel:

.....  
Dr. Nagy Paulina  
beszerzési és szolgáltatási irodavezető



Ellenjegyezte:

.....

Dr. Molnár Mirtill, FAKSZ

**dr. Molnár Mirtill**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00477

