



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a Szegedi Tudományegyetem 9/E/2017/SZTE számú, **Raman spektroszkópiai rendszer beszerzése** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszáról.

Kérdés:

A megnevezett közbeszerzési eljárás dokumentációja szakmai ajánlatában a készülékkel szemben megkövetelt minimum paraméterek, elvárások között a *CCD detektor felbontásával* szembeni előírás 16520x200 pixeles. Ez vélhetően elírás, mivel egy nagyságrenddel magasabb a szakmailag értelmezhetőnél. Kérem szíves tájékoztatásukat ezzel a paraméterrel kapcsolatban.

Válasz: Igen, adminisztrációs hiba folytán került tévesen feltüntetésre a CCD detektor felbontása, mely helyesen: 1650x200 pixel.


Jelen Kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoljuk a *Módosított közbeszerzési dokumentumot*, melyben piros színnel kerültek jelölésre a módosítással érintett részek, melyek a következők:

- 14. sz. melléklet (minimum követelmények),
- V. Műszaki leírás (minimum követelmények).

A Közbeszerzési dokumentum egyéb, módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal irányadóak, így az ajánlattételi határidő is!

Szeged, 2017. március. 20.

Tisztelettel:



.....
Ajánlatkérő képviselője

dr. Mende-baba Radmila
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00076

