

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográfiával kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

25/E/2016/SZTE

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárásban

***„Kutatási eszközök (centrifuga,
peptidszintézis reaktor rendszer,
gázkromatográfiával kapcsolt egyszeres
kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése”
tárgyban***

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

2016.

TARTALOMJEGYZÉK

I. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1. A Dokumentációban előforduló kifejezések
2. Kiegészítő Tájékoztatás kérése
3. Az Ajánlatok elkészítésének és benyújtásának költségei
4. Az Ajánlatok elkészítésére vonatkozó előírások
5. Az Ajánlatok kötelező tartalmi elemei
6. Közös ajánlattétel
7. Az Ajánlatra vonatkozó formai előírások
8. Az Ajánlatok benyújtása
9. Az eljárás tárgya, főbb mennyisége
10. Az Ajánlatok felbontása
11. Az Ajánlatok értékelése
12. A Szerződés megkötése
13. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti információt biztosító szervezetek

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

IV. MINTÁK

V. MŰSZAKI LEÍRÁS

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szegedi Tudományegyetem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel:
Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás.

I. Ajánlatkérő

1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

1.2. A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok:

Szegedi Tudományegyetem
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Tel: (+36) 62/546-481

Fax: (+36) 62/545-073

E-mail: zsingor.marianna@gmf.u-szeged.hu

1.3. Ajánlatkérő képviselője:

EU-MED TENDER Kft. képviselőjében: Dr. Mendebaba Radmila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Székhely: 1073 Budapest, Dob u. 84. 3. em. 4.

Tel: +36 20/521-0881

E-mail: kozbeszerzes.tanacsado@gmf.u-szeged.hu

1.4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Neve: Dr. Mendebaba Radmila

Lajstromszáma:00076

Székhely: 6723 Szeged Csaba u. 43.

Tel: +36 20/521-0881

E-mail: kozbeszerzes.tanacsado@gmf.u-szeged.hu

II.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban: Ajánlatkérő

Ajánlattevő: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3. § 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

Eljárást Megindító

Felhívás: Az Ajánlatkérő által a Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti hirdetmény nélküli nyílt Közbeszerzési Eljárásban közvetlenül megküldött eljárást megindító felhívás.

Közbeszerzési

dokumentum: Minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, ide nem értve az eljárást megindító felhívást, így különösen a műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéstervezet, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái

Ajánlat: Az Eljárást Megindító Felhívásban és Dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő által készített Ajánlat, az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót

Jogszabályi hivatkozások:

2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.);

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról;

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.);

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.);

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési eljárást lebonyolító Szervezettől az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Szegedi Tudományegyetem

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Telefon: +36 62/546-481

E-mail: zsingor.marianna@gmf.u-szeged.hu

Az ilyen kérelmeket **írásban** (levélben, telefaxon, e-mailben) kell eljuttatni. Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot, e-mail címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Ajánlatkérő az ajánlatot a kiegészítő tájékoztatás(ok) tartalmára is figyelemmel értékeli, melyre tekintettel Ajánlattevőnek ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve kell elkészíteni és benyújtani.

3. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek az Ajánlattevőt terhelik, ide nem értve a Kbt. 177. § (2) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdése szerinti esetet.

4. AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes közbeszerzési dokumentum átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési dokumentum valamely részének átvételét. Ahol az eljárást megindító felhívás vagy a jelen közbeszerzési dokumentum egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, amelyet hitelesíteni nem kell.

Ajánlattevő felel azért, hogy az általa a közbeszerzési eljárás során szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek. Ezzel összefüggésben ajánlatkérő nem felel azért, hogy az ajánlattevő által megadott elérhetőségek valamelyikén továbbított bármely dokumentum ajánlattevői oldalon felmerült technikai okok, vagy hibás adatközlés következtében határidőben vagy egyáltalán nem érkezik meg. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően kizárólag a benyújtott ajánlat felolvasó lapján feltüntetett elérhetőségeket veszi

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográfjal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

figyelembe a hiánypótlási felhívás, indokolás/felvilágosítás kérés illetve egyéb tájékoztatások stb. megküldése során.

5. AZ AJÁNLATOK KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

Az ajánlatoknak – figyelemmel a Kbt. 66-67. §-ra a következő iratokat kell tartalmazni:

Melléklet a Formanyomtatványok között	Iratanyag megnevezése
—	Fedlap
—	Tartalomjegyzék
1. sz. melléklet	Felolvasólap
—	Aláírási címpéldány vagy aláírás minta;
2. sz. melléklet	Kbt. 66 § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozat – Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt formában kell benyújtania
3. sz. melléklet	Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése és Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
4. sz. melléklet	Nyilatkozat kizáró okokról Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján, 321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§ szerint
5. sz. melléklet	Nyilatkozat alkalmasságról (Kbt. 114. § (2))
6. sz. melléklet	A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
7. sz. melléklet	Közös ajánlattevők nyilatkozata
8. sz. melléklet	Nyilatkozat változás bejelentésről
9. sz. melléklet	Nyilatkozat tulajdonosi szerkezetről a Kbt. 62. § k) pont kb) alpontra vonatkozóan.
10. sz. melléklet	Nyilatkozat a beszámoló http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapon keresztül történő megismerhetőségéről
11. sz. melléklet	Nyilatkozat üzleti titokról
12. sz. melléklet	Nyilatkozat elektronikus példányról
13. sz. melléklet	Nyilatkozat a szerződés tervezetben foglalt feltételek vállalásáról
14. sz. melléklet	Szakmai ajánlat

Az alkalmasság igazolásához az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra tekintettel ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felszólításra a következőket kell csatolnia:

- Referenciaigazolások összesítő táblázata (ajánlathoz nem csatolandó minták között), és referenciaigazolás (ok) *(adott esetben)*
- a megajánlott eszköz CE tanúsítványa, vagy azzal egyenértékű (pl. forgalomba hozatali eng.)

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és Ctv. hatálya alá tartozó szervezet esetén cégszerű aláírással kell ellátni.

Ajánlattevőknek ajánlatukat a jelen közbeszerzési dokumentumban fentebb meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtaniuk különös tekintettel az alábbiakra.

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, aki/amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és — ha a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozásának lehetőségét kizárja.

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös

ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:

- a közös Ajánlattevők nevét;
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét, illetve külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), ill. bontó feltételtől.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indoklás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejártá után változás nem következhet be.

7. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlatot írásban, 1 (egy) db papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, 1 (egy) db elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni a következőket: **„25/E/2016/SZTE „Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográf-fal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése” Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”**

Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

Az ajánlat formai követelményeire az alábbi előírásokat kell alkalmazni:

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 71-72. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy kézjeggyel kell ellátni. Az írásbeli meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály vagy a felhívás eltérően nem rendelkezik – egyszerű

másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell tartalmaznia.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők nyújtsanak be nyilatkozatot arról, hogy az általuk benyújtott felelős fordítás tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

8. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

A papír alapú ajánlatot az elektronikus példánnyal egy közös, zárt és roncsolás-mentes borítékba/csomagba helyezve, lezárva kell benyújtani. A borítékra a következőt kell ráírni: „25/E/2016/SZTE „Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!”

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja, melyet az ajánlatot benyújtó személy köteles aláírásával ellátni.

Az ajánlatot postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltaig vonhatja vissza. (Kbt. 53. § (8) bekezdés).

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 30 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.

9. AZ ELJÁRÁS TÁRGYA, FŐBB MENNYISÉGE

1. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés

2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei:

„Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése” tárgyban 3 részajánlati körben (a műszaki leírásban részletezettek szerint).

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadropol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

Ajánlattevő feladatát képezi az eszközök szállítása, telepítése, üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanítása.

Fő CPV-kód: 42931100-2, 38434540-3, 38433100-0

3. Mennyiség:

1. részajánlati kör: 1 db Superspeed Floor Model Centrifuga
2. részajánlati kör: 1 db áramlásos rendszerű nagyhatékonyságú oldószer visszaforgatásos peptidszintézis reaktor rendszer
3. részajánlati kör: 1 db gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadropol tömegspektrométer

Az egyes termékek műszaki leírását és mennyiségi adatait a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként kiadott közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

4. A teljesítés helye:

1. részajánlati kör tekintetében:

Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 113.
NUTS-kód: HU333

2. és 3. részajánlati körök tekintetében:

Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
NUTS-kód: HU333

5. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:

- 1. részajánlati kör tekintetében:** A szerződéskötéstől számított 12 héten belül kell az árut leszállítani a megadott teljesítési helyre.
- 2. részajánlati kör tekintetében:** A szerződéskötéstől számított 12 héten belül kell az árut leszállítani a megadott teljesítési helyre.
- 3. részajánlati kör tekintetében:** A szerződéskötéstől számított 12 héten belül kell az árut leszállítani a megadott teljesítési helyre.

A szerződéskötést követő 12 héten belül kell teljesíteni a szállítást, az üzembe helyezés, betanítás ezt követő 2 héten belül. Előteljesítés lehetséges.

6. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja:

Az ajánlatkérő a megrendelt áruk ellenértékét az igazolt teljesítést követően számla ellenében banki átutalással fizeti, magyar forintban a Ptk. 6:130. § (1) – (2) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, kézhezvételének napját követő 30 napon belül.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 130. § (1)).

A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alkalmazandók. A vételár a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés teljesítésével összefüggő összes adót,

vámat, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget, az átadással felmerülő és minden egyéb, a teljesítéshez kapcsolódó költséget magába foglalja.

A részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező Szerződés tervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlathoz. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámoló évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlat felbontásának időpontjáról az Ajánlattevő külön értesítést nem kap.

Az ajánlat felbontásának helye és időpontja: az eljárást megindító felhívás IV.2.6) pontjában foglaltak szerint.

Az ajánlatot az Ajánlatkérő képviselőjében eljáró személy bontja fel. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.

Az ajánlat felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevő részére.

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 68.§ (3) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal ajánlatkérő képviselője lehetővé teszi, hogy betekinthesse a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor.

11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban ismertetett szempont alapján értékeli, az alábbiakban ismertetett módszerek szerint.

Ajánlatkérő a **legjobb ár-érték arányt** megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza, amelynek érdekében ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az egyes részszempontokat, és az azok alapján történő értékelés módszerét:

1. részajánlati kör: 1 db Superspeed Floor Model Centrifuga

Értékelés megnevezése	Értékelési szempont	Súlyszám
Nettó ár (Ft)	előny az alacsonyabb	55
A fordulatszám legalább 22000 rpm legyen, ennél több lehet	előny a több	15
A Fix rotor (4x1000 ml kapacitású) súlya maximum 11,5 kg legyen, vagy ennél kevesebb	előny a kevesebb	15
A Fix rotor (6x50 ml kapacitású) súlya maximum 8 kg legyen, vagy ennél kevesebb	előny a kevesebb	15

2. részajánlati kör: 1 db áramlások rendszerű nagyhatékonyságú oldószer visszaforgatásos peptidszintézis reaktor rendszer

Értékelés megnevezése	Értékelési szempont	Súlyszám
Nettó ár (Ft)	előny az alacsonyabb	55
Áramlások elvű szilárd hordozós peptid szintetizátor	igen/nem előny az igen	15
Aminosavak: minden természetes és nem természetes aminosav kapcsolható, minimum 35 különböző féle	előny a több	15
Automata mintaadagoló: minimum 160 férőhely standard (1,5 ml-es) kromatográfiás edényekhez	előny a több	15

3. részajánlati kör: 1 db gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer

Értékelés megnevezése	Értékelési szempont	Súlyszám
Nettó ár (Ft)	előny az alacsonyabb	-

Azon részszerpontok esetében, ahol előny a több, vagy előny a nagyobb, ott az egyenes arányosítás elve: $P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P_{max}: a pontskála felső határa P_{min}: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Azon részszerpontok esetében, ahol előny a kisebb, a fordított arányosítás elve: $P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P_{max}: a pontskála felső határa P_{min}: a pontskála alsó

határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Azon részszerzőpontok esetében, ahol a pont kiosztás módszerét alkalmazza ajánlatkérő: igen válasz = 10 pontot, nem válasz = 1 pontot ér.

Az Ajánlatkérő a részajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között (1-10) részajánlatonként értékeli a fent meghatározottak szerint, majd az egyes értékelési részszerzőpontokra adott pontszámot megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszerzőpontra kijött szorzatokat pedig részajánlatonként összeadja. A leírtak alapján az a részajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a pontozás során két tizedes jegyig számol.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy azon értékelési szempontok esetében, ahol Ajánlatkérő maximum értéket határozott meg, ott a maximumértéknél nagyobb megajánlások esetén is Ajánlatkérő kizárólag a maximum pontszámot tudja megadni.

12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 131. § (1) illetve (3) - (8) bekezdésekben foglaltak szerint köti meg.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. A Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján, ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projektársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

13. A Kbt. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓT BIZTOSÍTÓ SZERVEK:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály

6721 Szeged, Felső Tisza-Part 17.

Tel: +36-62-553-033, honlap: www.csmkh.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100, fax: +36-1-476-1390, honlap: www.antsz.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefonszám: 06-1-795-1400

Telefax: 06-1-795-0716

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010;

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

<http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium>

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszerű kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

tel: 06-62-680-540

fax: 06-62-680-541

E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95

Tel.: +36-1-301-2900, fax: +36-1-301-2903, honlap: www.mbfh.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-1-428-5100, fax: +36-1-428-5509 www.nav.gov.hu

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

Szegedi Tudományegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Aláírási jogosult képviselője: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Fendler Judit kancellár

Intézményi azonosító: 329815

Adószám: 15329815-2-06

Intézmény statisztikai számjele: 15329815-8542-312-06

Számlavezető pénzügyi intézmény neve: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10028007-00282802-00000000, mint Vevő - továbbiakban „Vevő” -

Név: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

székhely: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

adószám: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

Pénzforgalmi számla száma: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

Pénzforgalmi szolgáltató: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

Képviseli: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

Nyilvántartó cégbíróság neve: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*

Cégjegyzékszám: [...] ** nyertes ajánlattevő adatai*, mint Eladó,

- továbbiakban „Eladó” -

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)

PREAMBULUM

Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti hirdetmény nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárást „**Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése**” tárgyban, melynek nyertese az Eladó, mint nyertes ajánlattevő lett. Szerződő Felek a jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés) a Kbt. 131. §-a alapján kötik meg.

Felek a szerződést a Közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen szerződés mellékletét alkotják-e.

A közbeszerzési dokumentumok a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, és alkalmazandók, különös tekintettel az alábbiakra:

- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum;
- Eladó ajánlata;

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a fenti felsorolás szerinti sorrendnek megfelelő.

Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően abban állapodnak meg, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek

között korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya a Vevő számú Ajánlati felhívásában és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű,részre vonatkozó, közbeszerzési tárgya szerinti **„Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése” (továbbiakban: Áru)** jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása), telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása. Az árunak újnak kell lennie, nem szállítható használt áru.

A beszerzés magában foglalja az üzembe helyezést is. Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával, valamint a kezelőszemélyzet betanítását.

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés **mellékletében** foglalt műszaki leírásnak, valamint az Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásban, jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványoknak.

Az áru CE jelöléssel, vagy forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

2. Vételár:-Ft + ÁFA, azaz bruttó-Ft
E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget, beüzemelés, betanítás költséget teljes mértékben az Eladó viseli, *kivéve azokat, amelyet valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.*

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Vevő a fenti 2. pont szerinti vételárat az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1), (2) bekezdés szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1),(6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az Eladó banknál vezetett számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.

Eladó köteles a számlán feltüntetni a **GINOP-2.3.2-15-2016-00014** számú projektkódot, valamint jelen szerződés iktatószámát.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (**teljesítésigazolás**) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Fizetési határidő: a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő **30 nap**.

A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.

Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.

Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükséges és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a

számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladó visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles.

Nem minősül a Vevő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Eladó hibásan, hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségeszerű és elválaszthatatlan mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Vevő részére.

Számlázás alvállalkozó igénybevétele esetén:

A kiállított számlához - ha az Eladó vagy az alvállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van az Eladó, vagy az Alvállalkozónak az Eladó megtagadhatja a számla kiegyenlítését.

3.2 A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

3.3. Vevőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.4. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti.

3.5. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4. Szerződés időtartama, teljesítés helye:

4.1. Szerződés időtartama: Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

A jelen szerződés határozott időtartamra *a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hétre* jön létre, illetve az áru sikeres átvételéig és üzembe helyezéséig. Az áru leszállítását Eladó legkésőbb a szerződés aláírását követő 12 héten belül teljesíti, az üzembe helyezést, kezelőszemélyzet betanítását ezt követő 2 héten belül. Előteltetés lehetséges.

4.2. Teljesítési hely:

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Számlaküldési és szállítási cím:

1. részajánlati kör tekintetében

Szállítási cím:

Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 113.

2. és 3. részajánlati körök tekintetében

Szállítási cím:

Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Nem a fent megjelölt címre küldött számla esetén a Vevő késedelme kizárt.

5. Az áru átvétele, beállítás, üzembe helyezés, engedélyek beszerzése

5.1. Az áru átvétele a Vevő 4. pontban megadott címén történik. Eladó feladata az eszközök telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása.

5.2. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a szükséges engedélyek, magyar nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával teljesíti. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában az Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételkor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállítólevélen feltünteti.

5.3. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.

5.4. A csomagolás felbontását, az áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A csomagbontásról, az áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.

5.5. Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

5.6. Eladó kötelezettségét képezi továbbá a leszállított és beüzemelt áru szakszerű használatának elősegítése végett a Vevő részéről felálló kezelőszemélyzet betanítása (adott esetben).

5.7. Eladó az áruhoz köteles az áruhoz 1 példány magyar nyelvű kezelési utasítást mellékelni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában a Vevő jogosult megtagadni (adott esetben).

5.8. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

5.9. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

5.10. Eredményes átadás esetén az átadás átvéti jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevő.

5.11. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

6. Teljesítési idő

6.1. A szerződéskötést követő **12 héten belül** kell teljesíteni a szállítást, az üzembe helyezés, betanítás ezt követő 2 héten belül. Előteltetés lehetséges.

6.2. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

6.3. Előteltetés esetén Eladó köteles az átvételről egyeztetni Vevővel.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. A Szállító a szállítást követően 12 hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal valamennyi eszközre és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagi, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A leszállított áru esetében a szerződés időszaka alatti meghibásodás a nyertes ajánlattevő köteles 5 munkanapon belül megjavítani, szükség esetén csereeszköz biztosításával is. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségelem sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.

A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

7.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

7.3. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. Amennyiben a hiba csak az eszköz egy adott részét érinti és az nem jelenti a teljes eszköz hibás használatát, úgy a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás és hibátlan rész arányosításával kerül meghatározásra.

8.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal elállni. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

8.3. Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

8.4. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

9. Hatályba lépés

9.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

9.2. A jelen szerződés csak a Kbt. 141. § által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

9.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

9.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül csatolásra. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve az Eladó által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

10. Vis major

10.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

10.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

10.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

11. Szerződés megszűnése

11.1. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja a jelen Szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:

Ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,

Ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék időtartama alatt), vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

11.2. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Ezen pont szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.3. Vevő jogosult a szerződés felmondani, ha az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.4. A Vevő - a Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében - köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.5. A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani a Kbt. 141. §-ban leírtak figyelembevételével.

12. Választott bíróság, alkalmazott jog

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

13. Záró rendelkezések:

13.1. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6), különösen az államháztartásról törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1), (1/a) bekezdéseinek értelmében. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

13.2. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

SZTE vonatkozó egysége:

1. részajánlati kör tekintetében:

Szegedi Tudományegyetem GYTK_Gyógyszeranalitikai Intézet
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 113.

2. és 3. részajánlati körök tekintetében:

Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

13.3. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására: 1. részajánlati kör tekintetében Dr. Martinek Tamás intézetvezető egyetemi tanár, 2. és 3. részajánlati körök tekintetében Dr. Fülöp Ferenc intézetvezető egyetemi tanár.

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

IV. MINTÁK

A nyilatkozatmintákat a jelen közbeszerzési dokumentum tartalmazza

Az ajánlatban a formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.

Ajánlattevő köteles a Felhívás, valamint a többi közbeszerzési dokumentum követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, illetve kért nyilatkozatok mindegyikét a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazottak szerint kell megtenni.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság érvényben lévő tájékoztatóiban szereplő igazolási módokat elfogadja.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítélésére szükséges csatolt dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésségnek.

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás, jelen közbeszerzési dokumentum, a Közbeszerzési Törvény és valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie.

FEOLVASÓLAP

„Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Kapcsolattartó neve:	
Telefon/fax száma:	
E-mail címe:	
Cégjegyzésre jogosult képviselője neve:	
Cg. szám:	
Adószám:	
Bank, számlaszám:	

Közös ajánlattevő esetén:

közös ajánlattevő cégneve:.....

közös ajánlattevő székhelye:.....

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja:

1. részajánlati kör: 1 db Superspeed Floor Model Centrifuga

1.	Ajánlati ár (nettó összesen Ft):	nettó _____ Ft
2.	A fordulatszám legalább 22000 rpm legyen, ennél több lehet (előny a több) (Kérjük megadni a vállalt paramétert)	
3.	A Fix rotor (4x1000 ml kapacitású) súlya maximum 11,5 kg legyen, vagy ennél kevesebb (előny a kevesebb) (Kérjük megadni a vállalt paramétert)	
4.	A Fix rotor (6x50 ml kapacitású) súlya maximum 8 kg legyen, vagy ennél kevesebb (előny a kevesebb) (Kérjük megadni a vállalt paramétert)	

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadropol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

2. részajánlati kör: 1 db áramlásos rendszerű nagyhatékonyságú oldószer visszaforgatásos peptidszintézis reaktor rendszer

1.	Ajánlati ár (nettó összesen Ft):	nettó _____ Ft
2.	Áramlásos elvű szilárd hordozós peptid szintetizátor (igen/nem, előny az igen) (Kérjük megadni a vállalt paramétert)	
3.	Aminosavak: minden természetes és nem természetes aminosav kapcsolható, minimum 35 különböző féle (előny a több) (Kérjük megadni a vállalt paramétert)	
4.	Automata mintaadagoló: minimum 160 férőhely standard (1,5 ml-es) kromatográfiás edényekhez (előny a több) (Kérjük megadni a vállalt paramétert)	

3. részajánlati kör: 1 db gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadropol tömegspektrométer

1.	Ajánlati ár (nettó összesen Ft):	nettó _____ Ft
----	----------------------------------	----------------

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

(Kbt. 66.§ (2), (4) bekezdésre vonatkozóan)

Alulírott, mint a(z) (székhely:)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az „.....”
tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás és az közbeszerzési dokumentumok foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ajánlatunk az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak teljes körét magában foglalja.

Ajánlatunkat a szerződéskötésre az eljárást megindító felhívásban előírt időpontig fenntartjuk.

Kijelentjük, hogy a szerződést, amennyiben mint az eljárásban nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, készen állunk az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint megkötni és a fenti összeg ellenében teljesíteni.

Kijelentjük továbbá a Kbt. 66.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hogy cégünk a 2004. évi XXXIV. Tv a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (Kkv.) szerint mikro- / kis- / középvállalkozásnak minősül/ nem tartozik a Kkv. hatálya alá.

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!

Ajánlattevő nevében eljáró, kötelezettség vállalásra feljogosított adatai:

Kapcsolattartó neve:

Címe:

Telefonszám:

Telefaxszám:

E-mail címe:

Jelen nyilatkozatot az „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 2016..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszerű kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ
GAZDASÁGI SZEREPLŐK VONATKOZÁSÁBAN
(Kbt. 66.§ (6) bekezdés, Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján)

„Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszerű kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú eljárásban

(NEMLEGES NYILATKOZAT CSATOLÁSA IS SZÜKSÉGES)

1.) A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő **alvállalkozót** kíván igénybe venni Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja alapján:

.....
.....
.....

2.) Az 1. pontban megjelölt részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor ismert **alvállalkozók megnevezése:**

Név	Székhely	Adószám

3.) Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (név, cím, igazolni kívánt alkalmassági követelmény megjelölése Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint:

Név	Székhely	Igazolni kívánt alkalmassági követelmény (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megadásával!)

4.) Nyilatkozat mellékletei a 3. pont kitöltése esetén:

a Kbt. 65.§ (7) szerint - a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével - csatolandó a kötelezettség vállalását tartalmazó okirat.

Kelt:, 2016..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § -a, valamint a Kbt. 114.§ (1) bekezdése szerint)

Alulírott, mint a(z) (székhely:)
cégjegyzésre jogosult képviselője az általam képviselt ajánlattevő tekintetében

NYILATKOZOM

,hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok;

,hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;

hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok. *(adott esetben)*

Jelen nyilatkozatot az „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 2016..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT ALKALMASSÁGRÓL

(Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerint)

Alulírott mint az (székhely:) (továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője az „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nevében a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági pénzügyi és műszaki szakmai alkalmassági követelménynek megfelelnek, valamint az Ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69. § szerint a szükséges igazolásokat benyújtom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(név)

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

6. sz. melléklet

ELŐSZERZŐDÉS (minta)

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételehez

Eljárás tárgya: „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése*”

Szerződő felek: (Ajánlattevő)
..... (Kapacitást nyújtó szervezet)

Alulírottak, mint a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője, illetve az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezete (továbbiakban: Felek), jelen előszerződéssel kötelezettséget vállalunk, hogy amennyiben az eljárásban az ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez a Felek szerződést kötnek, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
Cégszerű aláírás
(Ajánlattevő)

.....
Cégszerű aláírás
(Kapacitást nyújtó szervezet)

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZ/TE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT a közös ajánlattételről

Alulírott cégnév: _____ székhely és cégnév
_____ székhely _____ cégjegyzésre jogosult
képviselői kijelentjük, hogy a „Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban közösen teszünk ajánlatot az alábbi részek tekintetében:

.....

Kijelentjük továbbá, hogy a közös Ajánlattevők kizárólagos képviseletére és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozat tételére a **közbeszerzési eljárásban és a szerződés teljesítése során az alábbi személy jogosult:**

név _____, cím _____, telefon
_____, mobilszám _____ e-mail _____
jogosult.

Kijelentjük, hogy a közös Ajánlattevők képviseletére és hatályos jognyilatkozat tételére, valamint a számla benyújtására jogosult a **szerződés teljesítése során:**

név _____, cím _____, telefon
_____, mobilszám _____ e-mail _____
jogosult.

Az egyes ajánlattevők által vállalt teljesítés tárgya, aránya és együttműködés módja a **szerződés teljesítése során:**

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
vezető tag

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
tag

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT változásbejegyzési eljárásról

Alulírott mint az (székhely:) cégjegyzésre jogosult képviselője az „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek van / nincs változásbejegyzési eljárása folyamatban.

A megfelelő rész aláhúzendó!

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(név)
(cégnév)

NYILATKOZAT
tulajdonosi szerkezetéről

a Kbt. 62. § (1) k) pontja kb) alpontja alapján

(321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.(1) bekezdés, valamint a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint)

Alulírott, mint a(z) (székhely:)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 2015. évi CLXIII. törvény 62. § (1) k) pont
kb) alpontban foglaltaknak alapján ezennel kijelentem, hogy:

* társaságunkat szabályozott tőzsdén NEM jegyzik/ jegyzik (**megfelelő aláhúzendő**);

*Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja ra) – rb) vagy rc) – rd) alpontja szerint tényleges tulajdonosai neve és állandó lakóhelye az alábbi (**megfelelően aláhúzendő, cégkivonattal egyezően kitöltendő**):

TÉNYLEGES TULAJDONOS NEVE	ÁLLANDÓ LAKÓHELYE

* társaságunknak a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint nincs tényleges tulajdonosa (ha releváns **aláhúzendő**).

Ha a tulajdonos jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet akkor, a tulajdonos ügyvezetőjének adatai:

ÜGYVEZETŐ NEVE	ÁLLANDÓ LAKÓHELYE

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kc) alpontja alapján, hogy:

a) közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal **rendelkezik** olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

b) közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal **nem rendelkezik** olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Jelen nyilatkozatot az „Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolatos egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

(az a) vagy b) pont megfelelően aláhúzendő)

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZ/TE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

10. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a beszámoló <http://e-beszamolo.kim.gov.hu/> honlapon keresztül történő megismerhetőségéről

„Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott _____, mint a _____ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, név, székhely) _____ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt(Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezet neve)számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján keresztül megismerhető.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást! .

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

A Kbt. 44. § vonatkozásában az üzleti titokról

A megfelelő rész aláhúzendő!

A/* Alulírott..., mint a(z)... (név) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom **üzleti titkot nem tartalmaz**.

B/* Alulírott..., mint a(z)... (név) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom – figyelemmel a Kbt. 44. § (1) – (4) bekezdéseire –, hogy **ajánlatom kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek**, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom. Üzleti titoknak minősülő részeket a fentiek szerint az ajánlatomban külön melléklet tartalmazza.

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titokhoz indokolást csatoltam, melyben részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által indított „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(név)
(cégnév)

*a választott pontnak megfelelően, értelemszerűen kitöltendő

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

12. számú melléklet

A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat

„Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott, mint a ajánlattevő (székhely:) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító ajánlati felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

13. számú melléklet

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN FOGLALT FELTÉTELEK VÁLLALÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z) (székhely:)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az „.....”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
cégünk a dokumentációban előírt szerződés tervezetben foglaltakat teljes körben megismerte,
elfogadta, és vállalja annak maradéktalan teljesítését.

Jelen nyilatkozatot az „*Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 2016..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Szakmai ajánlat

1. részajánlati kör:

1 db Superspeed Floor Model Centrifuga	
Ajánlattevő neve:	
Gyártó:	
Megajánlott termék típusa:	
Megajánlott nettó ár:	

Elvárt paraméterek	Megajánlott paraméterek
A hőmérséklettartomány - 8C° + 35C° között legyen	Igen/Nem Kapacitás:*
A fordulatszám legalább 22000 rpm legyen, ennél több lehet	A felolvasólapon megajánlottak szerint.
A gyorsulása a kapacitástól függően 24,000- 68,000 xg közötti tartományba essen	Igen/Nem Kapacitás:*
Rendelkezzen 1 db FiX Szög rotorral, 8.000 rpm, 18xg , max. kapacitása 4 × 1000 ml (4 liter),	Igen/Nem Kapacitás:*
Rendelkezzen 1 db FiX Szög rotor, alumínium, 25.000 rpm, 60xg, max. kapacitása 6 × 50 ml (300 ml)	Igen/Nem Kapacitás:*
A Fix rotor (4x1000 ml kapacitású) súlya maximum 11,5 kg legyen, vagy ennél kevesebb	A felolvasólapon megajánlottak szerint.
A Fix rotor (6x50 ml kapacitású) súlya maximum 8 kg legyen, vagy ennél kevesebb	A felolvasólapon megajánlottak szerint.
Rendelkezzen szerelőkulccsal a rotorok cseréjéhez	Igen/Nem
A készülék rendelkezzen magyarországi szakszervízzel	Igen/Nem

2. részajánlati kör:

1 db áramlós rendszerű nagyhatékonyságú oldószer visszaforgatásos peptidszintézis reaktor rendszer	
Ajánlattevő neve:	
Gyártó:	
Megajánlott termék típusa:	
Megajánlott nettó ár:	

Elvárt paraméterek	Megajánlott paraméterek
Szilárd hordozós peptid szintetizátor	Igen/Nem
Aminosav felesleg 1-10 ekvivalens, tipikusan 1,5 ekvivalens	Igen/Nem Kapacitás:*
Alkalmazható hőálló kapcsolószerek, tipikusan HATU	Igen/Nem
Aminosavak: minden természetes és nem természetes	A felolvasólapon megajánlottak

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadropol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

aminosav kapcsolható, minimum 35 különböző féle	szerint.
Alkalmazható védőcsoport Fmoc	Igen/Nem
Alkalmazható hőálló linker, tipikusan Rink amid vagy Wang-linker	Igen/Nem
Rendszert alkotó modulok képezzenek normál és fordított fázisú kromatográfiás elválasztásokra egyaránt alkalmas HPLC rendszert	Igen/Nem
2 db önállóan vezérelhető és telepíthető oldószerszállító modulok	Igen/Nem Kapacitás:*
Pumpák áramlási sebessége 0,001-10 ml/perc legyen	Igen/Nem Kapacitás:*
Pumpák nyomáshatára 600 bar legyen	Igen/Nem Kapacitás:*
Oszloptermosztát által biztosított hőmérséklettartomány szobahőmérséklet -10 -80 C ⁰ tartományba essen	Igen/Nem Kapacitás:*
Oszloptermosztát befogadó képessége 5 db 300 mm-es oszlop legyen	Igen/Nem Kapacitás:*
UV detektor hullámhossztartománya 190-560 nm-ig terjedjen	Igen/Nem Kapacitás:*
UV detektor legyen alkalmas 2 hullámhosszon történő egyidejű mérésre	Igen/Nem Kapacitás:*
UV detektor legyen alkalmas spektrumfelvételre	Igen/Nem
Nyomás álló detektor cella 1-300 bar közé essen	Igen/Nem Kapacitás:*
Automata mintaadagoló: minimum 160 férőhely standard (1,5 ml-es) kromatográfiás edényekhez	A felolvasólapon megajánlottak szerint.
Injektálható oldattérfogó változtatható legyen: 0,005-1 ml	Igen/Nem Kapacitás:*
110 férőhelyes mintatartó 3 ml-es edényekhez	Igen/Nem Kapacitás:*
Programozható, számítógép által vezérelt oldószer visszaforgató szeleprendszer	Igen/Nem
Automata, programozható nyomásszabályzó, melynek nyomás tartománya 10-400 bar közé essen	Igen/Nem Kapacitás:*
Minden modul számítógépes vezérlése - beállítható az áramlási sebesség, a reaktor hőmérséklet, az egyes lépések időtartama, a szekvencia sorrend és az oldaltérfogatok)	Igen/Nem
Teljeskörű kromatográfiás adatfeldolgozás (detektor jel gyűjtés és feldolgozás, spektrum értékelés)	Igen/Nem
Számítógép I5 3,5 GHz processzor, 800 GB HD, 8GB RAM, 22" TFT monitor, DVD-RW, a szükséges perifériák	Igen/Nem
OEM Windows 7 operációs rendszer! Kizárólag ez az op. rendszer felel meg.	Igen/Nem
A készülék rendelkezzen magyarországi szakszervízzel	Igen/Nem

3. részajánlati kör:

1 db gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer	
Ajánlattevő neve:	
Gyártó:	
Megajánlott termék típusa:	
Megajánlott nettó ár:	

Elvárt paraméterek	Megajánlott paraméterek
Tömegspektrométer	
Tartalmazzon egyszeres kvadrupol tömeganalizátort	Igen/Nem
Tartalmazzon lencse-rendszerű előszűrőt a semleges zaj hatékony kiküszöbölésére	Igen/Nem
Az ionforrás egy összeépített modulban tartalmazza a repellert, ionforrást és lencsét a könnyű kivétel és karbantartás érdekében	Igen/Nem
Az ionforrás inert, bevonat nélküli anyagból készüljön.	Igen/Nem
A lencsék és ionforrás fűtése legyen független, az optika tisztántartása érdekében	Igen/Nem
Az ionforrás hőmérséklete legyen állítható, maximális hőmérséklete legyen 350 °C, az elszennyeződés elkerülése érdekében	Igen/Nem Kapacitás:*
Tartalmazzon kémiai ionizációt	Igen/Nem
Tartalmazzon EI ionizációt	Igen/Nem
Az elektron energia beállítási tartomány legyen legalább 0-150 eV, emissziós áram legyen állítható 350 µA-ig	Igen/Nem Kapacitás:*
Tartalmazzon lencsevédellel ellátott kettős fűtőszálat	Igen/Nem
A GC interfész hőmérséklete legyen 400°C	Igen/Nem Kapacitás:*
A tömegtartomány legyen 1,2-1100 ATE	Igen/Nem Kapacitás:*
A tömegstabilitás legyen 0,1 ATE/ 48 óra	Igen/Nem Kapacitás:*
A pásztázási sebesség legyen legalább 20 000 ATE/s	Igen/Nem Kapacitás:*
A pásztázási ciklusidő legyen legalább 240 scan/s SIM módban	Igen/Nem Kapacitás:*
Tartalmazza az alábbi pásztázási lehetőségeket: teljes pásztázás; tömeg szegmensek pásztázása; egyes ion(ok) Érzékenység legyen legalább 1500:1 jel/zaj viszony 1pg OFN esetén EI módban	Igen/Nem Kapacitás:*
Legyen lehetőség egyidejű teljes pásztázás (full-scan) és egyes ion (SIM) mérésére	Igen/Nem
Detektor	
Tartalmazzon konverziós dinóda detektort	Igen/Nem

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográfjal kapcsolatos egyszerű kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

A detektor legyen off-axis folytonos elektronsokszorozó kilenc nagyságrend széles dinamikus tartománnyal	Igen/Nem
Vákuum rendszer	
Tartalmazzon legalább 60l/s karbantartást nem igénylő turbomolekuláris pumpát.	Igen/Nem Kapacitás:*
Adatgyűjtő és feldolgozó szoftver	Igen/Nem
Biztosítsa a GC-MS és mintaadagoló rendszer teljes körű vezérlését	Igen/Nem
Legyen lehetőség kromatogramok (TIC, SIM) és tömegspektrumok valós idejű megjelenítésére	Igen/Nem
Legyen lehetőség az adatfeldolgozás kézi, egyidejű, újraértékelési (reprocess) módban	Igen/Nem
Vákuummérő	
Tartalmazzon önálló vákuummérőt a nyomás közvetlen leolvasásához	Igen/Nem
NIST spektrumkönyvtár	
Tartalmazzon NIST spektrumkönyvtárat	Igen/Nem
Biztosítson teljesen automatikus keresést a GC/MS csúcsok spektrumából	Igen/Nem
Legyen lehetőség a NIST ID szám alapján, CAS regisztrációs szám alapján és kémiai név alapján is	Igen/Nem
Legyen bővíthető saját spektrumfelvételek alapján	Igen/Nem
Fekete fehér lézernyomtató	
Tartalmazzon fekete fehér lézernyomtatót	Igen/Nem
MS Office	
Tartalmazzon Windows MS Office szoftvercsomagot	Igen/Nem
Gázkromatográf	
Tartalmazzon lokális, érintőképernyős kijelzőt a beállított és aktuális értékek megmutatására	Igen/Nem
Legyen moduláris felépítésű, biztosítsa a felhasználó által csatlakoztatható injektorok és detektorok, egyszerű, gyors bővítési lehetőségét és cseréjét	Igen/Nem
A retenciós idő reprodukálhatósága legyen legalább 0,0008 perc	Igen/Nem Kapacitás:*
A csúcsterület ismételhetség legyen kisebb, mint 0,5% RSD	Igen/Nem Kapacitás:*
A gáznyomás szabályozás pontossága legyen legalább 0,001 PSI (0,01 kPa)	Igen/Nem Kapacitás:*
A hőmérséklet tartomány legyen legalább szobahőmérséklet+3°C – 450°C	Igen/Nem Kapacitás:*
A felfűtési sebesség legyen legalább 125 °C/perc	Igen/Nem Kapacitás:*
A kolonnatér fűtés programozhatósága legyen legalább 32 lépcső/33 plató	Igen/Nem Kapacitás:*
A tipikus hűtési sebesség legyen legfeljebb 4 perc 450°C-ról 50°C-ra	Igen/Nem Kapacitás:*
Split-splitless injektor	
Legyen alkalmas gyors kromatográfiás (Fast GC) célra alkalmas, nyomástartomány legyen legalább 0-145PSI (0-	Igen/Nem Kapacitás:*

1000 kPa)	
Tegye lehetővé a normál és pulzáló split és splitless injektálási módokat egyaránt.	Igen/Nem
Tartalmazzon oldószer lefúvatási opciót.	Igen/Nem
Az illeszthető kapilláris oszlop átmérő legyen legalább 50 µm- 530 µm	Igen/Nem Kapacitás:*
Legyen lehetőség speciális adapterrel 1/8" és 1/16" töltött oszlopok, illetve P&T/HS/TD illesztésre+B45	Igen/Nem Kapacitás:*
Hőmérséklet legyen legalább 400°C	Igen/Nem Kapacitás:*
Legyen a felhasználó által cserélhető injektor modul	Igen/Nem
A split arány legyen 12500:1	Igen/Nem Kapacitás:*
Legyen alkalmas gyors kromatográfiás (Fast GC) célra, nyomástartomány legyen legalább 0-145 PSI (0-1000 kPa)	Igen/Nem Kapacitás:*
Induló készlet	
Tartalmazzon az üzembehelyezéshez szükséges vezetékeket, csatlakozókat, fittingeket	Igen/Nem
Automata folyadék mintaadagoló	
A beépített elektronika tegye lehetővé, hogy az üzemeltetésnél ne legyen szükség külső vezérlő egységre	Igen/Nem
A módszer beállítása történhessen a gázkromatográf billentyűzetén vagy szoftverből	Igen/Nem
Oldószer fiolák száma legyen legalább 4x4 ml üveg	Igen/Nem Kapacitás:*
Legyen lehetőség egyedi oldószeres mosásra A, B, C, D oldószerekkel	Igen/Nem
Legyen lehetőség kombinált oldószeres mosásra A+B, C+D oldószerekkel	Igen/Nem
Maximális injektálási térfogat legyen 5 µl, beállítás 0,1 µl lépésként	Igen/Nem Kapacitás:*
Fecskendők: 10 µl (standard) és 5 µl (opcionális kistérfogatú mintavétel)	Igen/Nem Kapacitás:*
Legyen lehetőség a tűméltség beállítására az injektorban. "standard" (forró, üres tű), "minimum" (hideg tű)	Igen/Nem
Tartalmazzon viszkozitás késleltetési beállítást	Igen/Nem
Tartalmazza a mintafelszívási sebesség automatikus választását	Igen/Nem
Legyen lehetőség automatikus injektálási sebesség választására	Igen/Nem
Automata folyadék mintaadagoló, Tálca specifikáció	
Tartalmazzon induló készletet az alábbiak szerint: 4 ml-es oldószeres üvegek kupakkal és szeptummal (5 darab) 50 ml-es műanyag tartály a mosási maradékhoz szerelő készlet, kábelek, csatlakozók 10 µl-es fecskendő 50 mm-es tűvel kézikönyv (CD-n)	Igen/Nem Kapacitás:*
Mintatár összkapacitása legyen legalább 155x2 ml	Igen/Nem

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

mintatartó üveg	Kapacitás:*
Tartalmazzon kivethető 155 férőhelyes, címkézett mintatartó tálcat	Igen/Nem Férőhely:*
Üres fiola-helyet automatikusan ismerje fel	Igen/Nem
Tartalmazzon indulási készletet az alábbiak szerint: 155 férőhelyes mintatartó tálca 2 ml-es mintatartó üvegek kupakkal és szeptummal (110 darab) szerelő készlet, kábelek, csatlakozók kézikönyv (CD-n)	Igen/Nem Kapacitás:*
A készülék rendelkezzen magyarországi szakszervízzel	Igen/Nem

Kérjük az ajánlott paraméter oszlopban jelölje meg, hogy az előírt minimum követelmények teljesülnek -e IGEN/NEM válasz megfelelő kiválasztásával, illetve ahol érték megjelölése szükséges ott a felolvasólapon megajánlottak szerint töltse ki!

* Kérjük, írja be, hogy a megajánlott eszköz pontosan mely paraméterekkel rendelkezik.
(Függetlenül attól, hogy előnyösebb a szakmai ajánlat, az elvárt paraméter nem jelent értékelési szempontot.)

Kelt: Hely, év/hónap/nap

.....
cégszerű aláírás

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsoló egyszerses kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

AZ AJÁNLATBAN NEM CSATOLANDÓ IRATMINTÁK

**(AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69.§ SZERINTI FELHÍVÁSÁRA KELL AZ
IRATMINTÁK SZERINTI NYILATKOZATOKAT BENYÚJTANI)**

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

REFERENCIANYILATKOZATOK/REFERENCIAIGAZOLÁSOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Teljesítés ideje (befejezés év, hó, nap) és helye	Szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó, elérhetőség	A referencia szállítás rövid leírása, amelyből megállapítható az alkalmasság körében előírt feltétel	A szerződés összege (nettó forintban)	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)

Figyelem! A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ alapján a referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy közbeszerzés tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság minimumkövetelményének megvalósulása!

Jelen nyilatkozatot az „Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:, 2016..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

V. MŰSZAKI LEÍRÁS

1. részajánlati kör Technológiai leírása:

Superspeed floor model centrifuga 2 db fix rotor tartozékkal – 1db 4 férőhelyes 1000 ml szögrotor, és 1 db 6 férőhelyes szögrotor 50 ml csövek számára.

Figyelem! Az ajánlatkérő elvárásait a mellékletben meghatározott műszaki leírások tartalmazzák. A mellékletben megadott részletes értékeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszközt tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszköz használatában ill. használhatóságában. Az egyenértékűség megállapítása az ajánlatkérő kompetenciája.

Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!

Az ajánlattevők kötelesek megadni a mellékelt táblázat kitöltésével a megajánlott áru gyártóját és típusjelölését, továbbá az áru műszaki paramétereit, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek ezért érvénytelen.

A műszaki leírásban, ahol a „legalább” szó szerepel ott a megadott érték az elvárás, de Ajánlatkérő ennél nagyobb értéket is elfogad, de súlyszámot **nem** rendel hozzá, kivéve ahol értékelési szempont van hozzárendelve. A szakmai ajánlatba kérjük megadni a pontos paramétert is.

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Megkövetelt minimum paraméterek, elvárások
A hőmérséklettartomány - 8C° + 35C° között legyen
A fordulatszám legalább 22000 rpm legyen
A gyorsulása a kapacitástól függően 24,000- 68,000 xg közötti tartományba essen
Rendelkezzen 1 db FiX Szög rotorral, 8.000 rpm, 18xg , max. kapacitása 4 × 1000 ml (4 liter),
Rendelkezzen 1 db FiX Szög rotor, alumínium, 25.000 rpm, 60xg, max. kapacitása 6 × 50 ml (300 ml)
A Fix rotor (4x1000 ml kapacitású) súlya maximum 11,5 kg legyen, vagy ennél kevesebb
A Fix rotor (6x50 ml kapacitású) súlya maximum 8 kg legyen, vagy ennél kevesebb
Rendelkezzen szerelőkulccsal a rotorok cseréjéhez
A készülék rendelkezzen magyarországi szakszervízzel

2. részajánlati kör Technológiai leírása:

Áramlósos rendszerű nagyhatékonyságú oldószer visszaforgatásos peptidszintézis reaktor rendszer.

Figyelem! Az ajánlatkérő elvárásait a mellékletben meghatározott műszaki leírások tartalmazzák. A mellékletben megadott részletes értékeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszközt tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszköz használatában, ill. használhatóságában. Az egyenértékűség megállapítása az ajánlatkérő kompetenciája.

Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós

szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!

Az ajánlattevők kötelesek megadni a mellékelt táblázat kitöltésével a megajánlott áru gyártóját és típusjelölését, továbbá az áru műszaki paramétereit, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek ezért érvénytelen.

A műszaki leírásban, ahol a „*legalább*” szó szerepel ott a megadott érték az elvárás, de Ajánlatkérő ennél nagyobb értéket is elfogad, de súlyszámot **nem** rendel hozzá, kivéve ahol értékelési szempont van hozzárendelve. A szakmai ajánlatba kérjük megadni a pontos paramétert is.

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Megkövetelt paraméterek, elvárások
Szilárd hordozós peptid szintetizátor
Aminosav felesleg 1-10 ekvivalens, tipikusan 1,5 ekvivalens
Alkalmazható hőálló kapcsolószerek, tipikusan HATU
Aminosavak: minden természetes és nem természetes aminosav kapcsolható, minimum 35 különböző féle
Alkalmazható védőcsoport Fmoc
Alkalmazható hőálló linker, tipikusan Rink amid vagy Wang-linker
Rendszert alkotó modulok képezzenek normál és fordított fázisú kromatográfiás elválasztásokra egyaránt alkalmas HPLC rendszert
2 db önállóan vezérelhető és telepíthető oldószerszállító modulok
Pumpák áramlási sebessége 0,001-10 ml/perc legyen
Pumpák nyomáshatára 600 bar legyen
Oszloptermosztát által biztosított hőmérséklettartomány szobahőmérséklet -10 -80 C ⁰ tartományba essen
Oszloptermosztát befogadó képessége 5 db 300 mm-es oszlop legyen
UV detektor hullámhossztartománya 190-560 nm-ig terjedjen
UV detektor legyen alkalmas 2 hullámhosszon történő egyidejű mérésre
UV detektor legyen alkalmas spektrumfelvételle
Nyomás álló detektor cella 1-300 bar közé essen
Automata mintaadagoló: minimum 160 férőhely standard (1,5 ml-es) kromatográfiás edényekhez
Injektálható oldattérfogó változtatható legyen: 0,005-1 ml
110 férőhelyes mintatartó 3 ml-es edényekhez
Programozható, számítógép által vezérelt oldószet visszaforgató szeleprendszer
Automata, programozható nyomásszabályzó, melynek nyomás tartománya 10-400 bar közé essen
Minden modul számítógépes vezérlése - beállítható az áramlási sebesség, a reaktor hőmérséklet, az egyes lépések időtartama, a szekvencia sorrend és az oldaltérfogatok)
Teljeskörű kromatográfiás adatfeldolgozás (detektor jel gyűjtés és feldolgozás, spektrum értékelés)
Számítógép I5 3,5 GHz processzor, 800 GB HD, 8GB RAM, 22" TFT monitor, DVD-RW, a szükséges perifériák
OEM Windows 7 operációs rendszer ! Kizárólag ez az op. rendszer felel meg.
A készülék rendelkezzen magyarországi szakszervízzel

3. részajánlati kör Technológiai leírása:

Egyszeres kvadrupol GC-MS rendszer automata folyadék mintaadagolóval.

Figyelem! Az ajánlatkérő elvárásait a mellékletben meghatározott műszaki leírások tartalmazzák. A mellékletben megadott részletes értékeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszközt tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszköz használatában ill. használhatóságában. Az egyenértékűség megállapítása az ajánlatkérő kompetenciája.

Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és betartani az összes magyar és Uniós szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!

Az ajánlattevők kötelesek megadni a mellékelt táblázat kitöltésével a megajánlott áru gyártóját és típusjelölését, továbbá az áru műszaki paramétereit, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek ezért érvénytelen.

A műszaki leírásban, ahol a „legalább” szó szerepel ott a megadott érték az elvárás, de Ajánlatkérő ennél nagyobb értéket is elfogad, de súlyszámot **nem** rendel hozzá, kivéve ahol értékelési szempont van hozzárendelve. A szakmai ajánlatba kérjük megadni a pontos paramétert is.

A készülékkel támasztott követelmények:

Megkövetelt paraméterek, elvárások
Tömegspektrométer
Tartalmazzon egyszeres kvadrupol tömeganalizátort
Tartalmazzon lencse-rendszerű előszűrőt a semleges zaj hatékony kiküszöbölésére
Az ionforrás egy összeépített modulban tartalmazza a repellert, ionforrást és lencsét a könnyű kivétel és karbantartás érdekében
Az ionforrás inert, bevonat nélküli anyagból készüljön.
A lencsék és ionforrás fűtése legyen független, az optika tisztántartása érdekében
Az ionforrás hőmérséklete legyen állítható, maximális hőmérséklete legyen 350 °C, az elszennyeződés elkerülése érdekében
Tartalmazzon kémiai ionizációt
Tartalmazzon EI ionizációt
Az elektron energia beállítási tartomány legyen legalább 0-150 eV, emissziós áram legyen állítható 350 µA-ig
Tartalmazzon lencsevédelemmel ellátott kettős fűtőszálat
A GC interfész hőmérséklete legyen 400°C
A tömegtartomány legyen 1,2-1100 ATE
A tömegstabilitás legyen 0,1 ATE/ 48 óra
A pásztázási sebesség legyen legalább 20 000 ATE/s
A pásztázási ciklusidő legyen legalább 240 scan/s SIM módban
Tartalmazza az alábbi pásztázási lehetőségeket: teljes pásztázás; tömeg szegmensek pásztázása; egyes ion(ok)
Érzékenység legyen legalább 1500:1 jel/zaj viszony 1pg OFN esetén EI módban
Legyen lehetőség egyidejű teljes pásztázás (full-scan) és egyes ion (SIM) mérésére
Detektor

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográffal kapcsolt egyszeres kvadrupól tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTF

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

Tartalmazzon konverziós dinóda detektort
A detektor legyen off-axis folytonos elektronsokszorozó kilenc nagyságrend széles dinamikus tartománnyal
Vákuum rendszer
Tartalmazzon legalább 60l/s karbantartást nem igénylő turbomolekuláris pumpát.
Adatgyűjtő és feldolgozó szoftver
Biztosítsa a GC-MS és mintaadagoló rendszer teljes körű vezérlését
Legyen lehetőség kromatogramok (TIC, SIM) és tömegspektrumok valós idejű megjelenítésére
Legyen lehetőség az adatfeldolgozás kézi, egyidejű, újraértékelési (reprocess) módban
Vákuummérő
Tartalmazzon önálló vákuummérőt a nyomás közvetlen leolvasásához
NIST spektrumkönyvtár
Tartalmazzon NIST spektrumkönyvtárat
Biztosítson teljesen automatikus keresést a GC/MS csúcsok spektrumából
Legyen lehetőség a NIST ID szám alapján, CAS regisztrációs szám alapján és kémiai név alapján is
Legyen bővíthető saját spektrumfelvételek alapján
Fekete fehér lézernyomtató
Tartalmazzon fekete fehér lézernyomtatót
MS Office
Tartalmazzon Windows MS Office szoftvercsomagot
Gázkromatográf
Tartalmazzon lokális, érintőképernyős kijelzőt a beállított és aktuális értékek megmutatására
Legyen moduláris felépítésű, biztosítsa a felhasználó által csatlakoztatható injektorok és detektorok, egyszerű, gyors bővítési lehetőségét és cseréjét
A retenciós idő reprodukálhatósága legyen legalább 0,0008 perc
A csúcsterület ismételhetőség legyen kisebb, mint 0,5% RSD
A gáznyomás szabályozás pontossága legyen legalább 0, 001 PSI (0, 01 kPa)
A hőmérséklet tartomány legyen legalább szobahőmérséklet+3°C – 450°C
A felfűtési sebesség legyen legalább 125 °C/perc
A kolonnatér fűtés programozhatósága legyen legalább 32 lépcső/33 plató
A tipikus hűtési sebesség legyen legfeljebb 4 perc 450°C-ról 50°C-ra
Split-splitless injektor
Legyen alkalmas gyors kromatográfiás (Fast GC) célra alkalmas, nyomástartomány legyen legalább 0-145PSI (0-1000 kPa)
Tegye lehetővé a normál és pulzáló split és splitless injektálási módokat egyaránt.
Tartalmazzon oldószer lefuvatási opciót.
Az illeszthető kapilláris oszlop átmérő legyen legalább 50 µm- 530 µm
Legyen lehetőség speciális adapterrel 1/8” és 1/16” töltött oszlopok, illetve P&T/HS/TD illesztésére+B45
Hőmérséklet legyen legalább 400°C
Legyen a felhasználó által cserélhető injektor modul
A split arány legyen 12500:1
Legyen alkalmas gyors kromatográfiás (Fast GC) célra, nyomástartomány legyen legalább 0-145 PSI (0-1000 kPa)
Induló készlet
Tartalmazzon az üzembehelyezéshez szükséges vezetékeket, csatlakozókat, fittingeket
Automata folyadék mintaadagoló
A beépített elektronika tegye lehetővé, hogy az üzemeltetésnél ne legyen szükség külső vezérlő

Eljárás tárgya: Kutatási eszközök (centrifuga, peptidszintézis reaktor rendszer, gázkromatográfal kapcsolt egyszeres kvadrupol tömegspektrométer) beszerzése

Eljárás száma: 25/E/2016/SZTE

Projekt száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00014

egységre
A módszer beállítása történhessen a gázkromatográf billentyűzetén vagy szoftverből
Oldószer fiolák száma legyen legalább 4x4 ml üveg
Legyen lehetőség egyedi oldószeres mosásra A, B, C, D oldószerekkel
Legyen lehetőség kombinált oldószeres mosásra A+B, C+D oldószerekkel
Maximális injektálási térfogat legyen 5 µl, beállítás 0,1 µl lépésként
Fecskendők: 10 µl (standard) és 5 µl (opcionális kistérfogatú mintavétel)
Legyen lehetőség a tűméltség beállítására az injektorban. "standard" (forró, üres tű), "minimum" (hideg tű)
Tartalmazzon viszkozitás késleltetési beállítást
Tartalmazza a mintafelszívási sebesség automatikus választását
Legyen lehetőség automatikus injektálási sebesség választására
Automata folyadék mintaadagoló, Tálca specifikáció
Tartalmazzon induló készletet az alábbiak szerint: 4 ml-es oldószeres üvegek kupakkal és szeptummal (5 darab) 50 ml-es műanyag tartály a mosási maradékhoz szerelő készlet, kábelek, csatlakozók 10 µl-es fecskendő 50 mm-es tűvel kézikönyv (CD-n)
Mintatár összkapacitása legyen legalább 155x2 ml mintatartó üveg
Tartalmazzon kivehető 155 férőhelyes, címkézett mintatartó tálcat
Üres fiola-helyet automatikusan ismerje fel
Tartalmazzon indulási készletet az alábbiak szerint: 155 férőhelyes mintatartó tálca 2 ml-es mintatartó üvegek kupakkal és szeptummal (110 darab) szerelő készlet, kábelek, csatlakozók kézikönyv (CD-n)
A készülék rendelkezzen magyarországi szakszervizzel

Kelt: Szeged, 2016. december 15.

.....
Csóti Ferenc
létesítménygazdálkodási igazgató



.....
Gila Gyöngyi
projektmenedzser

.....
Dr. Martinek Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár

.....
Dr. Mendebaba Radmila
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó

dr. Mendebaba Radmila
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00076