



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem **37/E/2016/SZTE** számú **Eszközök beszerzése 2. metszetek előkészítéséhez és vizsgálatához a mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum létrehozásához** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

1. Kérdés:

Az 1. rész inkubátorral kapcsolatban: 2 fiókos kivitelre vagy 2 polcos kivitelre gondoltak? Illetve szeretnénk megkapni a maximális súlyponti számot a 2 polcos kivitelű inkubátorunkkal.

Válasz:

A műszaki leírásban „Legalább 2 db fiók” megfogalmazás szerepel.

2. Kérdés: fagyasztott metszet készítő (Cryostat): A súlyponti értékelésben az alábbi van írva: Aktív ezüst ionos felületi bevonat a nagyobb higiénia biztosítása miatt. Érdeklődnék, hogy ez a bevonat a belső munkatérre (ami valójában fontos a fertőtlenítés szempontjából, hiszen a felhasználó itt érintkezik a mintával) vagy a készülék külsejére értik?

Legjobb tudomásunk szerint ez az aktív ionos bevonat csak egy bizonyos készülék külső részére vonatkozik, vagyis a lényegi belső munkatérre nem. Az általunk ajánlott készülék ugyan nem rendelkezik aktív ezüst ionos bevonattal, viszont a lényegi belső fertőtlenítését tekintve formalin gázos fertőtlenítéssel rendelkezik, ami a leghatékonyabb fertőtlenítési mód (szemben az UV fertőtlenítéssel, mivel a formalin gáz mindenhova eljut a belső munkatérben szemben az UV fénnel, ahol az árnyékos területek kiesnek a fertőtlenítés alól) így szeretnénk erre is megkapni a maximális súlyponti számot.

Válasz:

Az aktív ezüst bevonat a külső felszínre vonatkozik, ami szintén fontos higiéniai szempontból, hiszen a külső felület egy részével a felhasználó használat közben szinte folyamatosan kapcsolatban van, az is a munkafelület része.

A belső térben a formalingázos fertőtlenítést a formalingáz esetleges egészségkárosító hatása ill. a nem fixált minták esetén az esetleges fixatív hatás miatt tekintjük hátránynak az UV fényes módszerrel szemben.

Szeged, 2017. január 6.


Ajánlatkérő képviselője
Dr. Molnár Mirtill