



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem **37/E/2016/SZTE** számú **Eszközök beszerzése 2. metszetek előkészítéséhez és vizsgálatához a mikrobiális génbankhoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum létrehozásához** tárgyú közbeszerzési eljárásban a kiegészítő tájékoztatás 2 tárgyú válaszunkra beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszáiról az alábbiak szerint:

A 2. sz. kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos kérdések:

A 2., 3., és 4. számú kérdésekre adott választ magunk részéről nem tartjuk elfogadhatónak az alábbiak szerint:

- 1. Kérdés:** 2. kérdésre adott válasz esetében: Az a készülék, amelynek reagenstartályai 2 l térfogatúak, működtethetőek kevesebb (pl. 1,8 l) reagens használatával is, fordítva nem.
- 2. Kérdés:** 2. kérdésre adott válasz esetében: A szövetelőkészítés folyamata egy fizikai-kémiai folyamat, az adott reagens vizet és zsírt von ki a szövetből. Ennek a folyamatnak az adott anyag (víz, zsír) és az adott reagens (jelen esetben etanol és xilol) fizikai-kémiai paraméterei szabnak határt. A kialakult gyakorlat szerint a folyamatban az első alkoholt 40%-os víztartalom esetén kell cserélni. Ebből az következik, hogy több reagens esetén (pl. 2 l) több szövet víztelenítését lehet elvégezni, amíg a 40%-os víz/alkohol arány kialakul. Tehát nem igaz az, hogy a 1,8 l reagenstartályú készülék vegyszer takarékosabb.
- 3. Kérdés:** 3. Kérdésre adott válasz esetében: Itt is igaz az, hogy 5 l paraffin tartállyal rendelkező készüléket lehet 4 l induló vagy akár kevesebb paraffin mennyiséggel is működtetni, míg fordítva nem igaz.
- 4. Kérdés:** 3. Kérdésre adott válasz esetében: Paraffin felhasználást egyedül a készített blokk mérete szabja meg. Több paraffinból több blokk (ugyan azon méret esetén) készíthető, tehát a kisebb paraffin tartályú készülék nem költséghatékonyabb.
- 5. Kérdés:** 3. Kérdésre adott válasz esetében: A készülékek úgy vannak kialakítva, hogy hőmérsékletük egy bizonyos tartományban lehessen szabályozni. Ezen a hőmérsékleten a paraffin folyékony és stabil állapotú. Mi indokolja a gyakoribb cserélés előnyét? Egyébként a paraffint nem cserélik, hanem utántölti amikor kifogyott a tartály. Ha a felhasználó előnyben részesíti (általában nem!!) a gyakori utántöltést (pl. naponta, vagy naponta többször), kevesebb paraffint kell esetenként betölteni (lásd 3.1 pont).
- 6. Kérdés:** 4. kérdés esetében: A metszendő minta méretét kriosztátoknál a fagyasztó tőke mérete határozza meg. Ennél kell az un. függőleges vágási mélységnek (vertical stroke) nagyobbak lenni. Annak a készüléknek, aminek a kiírásban megadott értéke 59 mm, a legnagyobb fagyasztó tőke mérete 55 mm, ami egy 57 mm függőleges vágási mélységű készülékkel is vágható. Így nem igaz az, hogy a kiírásban szereplő 59 mm függőleges vágási mélységű készülékkel nagyobb méretű minták készíthetők.

Válasz:

A fenti kérdésekhez fűzött megjegyzések valóban igazak egy hagyományos patológiai laboratórium működése szempontjából. Amint korábban is jeleztük, a felszerelendő új laboratórium kutatólaboratóriumként funkcionál majd és a projekt céljaihoz a kiírásban szereplő paraméterek a legmegfelelőbbek, ezért a 2. sz. kiegészítő tájékoztatásban adott válaszunkat fenntartjuk.

Tudomásunk szerint a piacon több cég is jelen van, amely a kiírásban szereplő paramétereknek megfelelő eszközöket forgalmaz.

Szeged, 2017. január 11.

dr. Molnár Mirtill
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Azonosítószám: 00477
A kiíratkozó képviselője